

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 57212153/ 10  
Konu : Sedimentasyon Tüpü Alımı Hk.

08/01/2021

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/01/2021 tarih ve saat 10:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SEDİMENTASYON TÜPÜ	ADET	1500		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**NOTLAR**

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Alım kısmi teklife kapalıdır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**A. KONU:** Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarında “Sedimentasyon Testinin” yapılabilmesi için alınacak olan sedimentasyon tüpü teknik şartnamesidir.

**B. SEDİMENTASYON TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ:**

1. Alımı yapılacak olan sedimentasyon tüplerinin sayısı:

No	SUT Kodu	Tetkik Adı	Test Miktarı
1	L106650	Sedimentasyon	1500 (binbeşyüz) adet tüp

- Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, LOT numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
- Satın alınacak sedimentasyon tüpleri; sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir. Ayrıca cam malzemeden yapılmış olup, orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Teklif edilen sedimentasyon tüplerinin manuel kullanımına uygun 3 (üç) adet sedimentasyon sehпасı verilmelidir.
- Tüpler, steril, vakumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaretler olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır. Tüplerin vakumlarında herhangi bir sorun olduğunda yüklenici tarafından derhal yenileri ile değiştirilecektir.
- Tüplerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
- Tüp kapakları vakumlu sistemle çalışmaya uygun olmalıdır ve vakum özelliği en az 1 yıl değişmemelidir.
- Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
- Tüplerin uygunluğu biyokimya uzmanı tarafından deneniş onaylanacaktır.
- Hatalı sonuçlara neden olduğu kanıtlanan veya üretim hatası olan tüpler, derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Laboratuvar malzemelerin teslim alınmadan önceki transport, kötü koşullarda saklanma, fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. Kullanım sırasında fark edilecek olan bu tür sorunlarda malzemeler derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine” uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Dr. Songül HATİBOĞLU  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Dip. Tes. No: 171445