



00132630862

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

BOY ÖLÇERLİ MEDİKAL BASKÜL

Ürün Özellikleri :

- Medikal ihtiyaçlar için özel olarak dizayn edilmiştir.
- ürün 35*40 cm olmalıdır.
- 60-200 cm aralığı manuel olarak ölçebileceğiniz teleskopik boy ölçme aparatı olmalıdır.
- Rahat okunabilir beyaz ışıklı LCD göstergeye sahip olmalıdır.
- Sıfırlama ve tara alabilme özelliği olmalıdır.
- Şarj edilebilir dahili aküsü ile 90 saat aküde kullanım sağlamalıdır.
- Elektriksiz, aküsüz durumlarda 6 adet AA ile de çalışabilmelidir.
- Adaptörü sayesinde elektrikle de çalışabilmelidir.
- 2 yıl garantili olmalıdır.
- 300 kg kadar kapasiteli olmalıdır. Hassasiyeti 50 gr olmalıdır.
- Portatif istenilen yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
- Darbelere karşı dayanıklı ve sağlam yapıya sahip olmalıdır.
- Teklif veren firmalar teklif saatinden en az 1 saat önce teklif verdikleri ürüne ait 1 adet numune sunmalıdırlar. Numune sunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- UTS'ye kaydı olmalıdır.

Necati ALTINÖZ

Biyomedikal Teknikeri
Jekenge BAŞBAKAN
Jekenge

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sorumlusu
Tasınır Kayıt Yetkilisi