

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİ İHTİYACI OLAN LARİNGOSKOP SETİ ALIM İŞİ
SAYI
SAYIN

13.1.2021

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne getirmeleri rica olunur.

Şakir KAYA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

FİYAT ARAŞTIRMASI

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİM	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	TOPLAM FİYATI (KDV HARİÇ)
1	LARİNGOSKOP SETİ	5	ADET		
	TOPLAM				

- 1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEME ALINMAYACAKTIR.
- 2 TEKLİFLERİN EN GEÇ **18.01.2021 PPAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'A** KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
- 3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
- 4 TEKLİFLER (RAKAM VE YAZI İLE) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
- 5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMİYEN TEKLİF MEKTUPLARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
- 7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.
- 8 İDARE,MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNCA KABUL RAPORU DÜZENLENMESİNDEN İTİBAREN YÜKLENİCİNİN YAZILI TALEBİ ÜZERİNE EN GEÇ 180 GÜN İÇERİSİNDE YÜKLENİCİYE VEYA VEKİLİNE ÖDEME YAPACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

LARINGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU; Bu şartname PATNOS DEVLET HASTANESİ için alınacak laringoskop seti cihazı özelliklerini belirlemektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER;

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak, net ışık sağlamalıdır. Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır. Cihazı kullanacak olan bölümün tercihi esas alınacaktır.
4. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
5. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.
7. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Her bir setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.
 - Paed 0
 - Paed 1
 - Miller 00 (Düz)
 - Miller 0(Düz)
 - Miller 1
 - Mac 2 (Eğri)
 - Mac 3 (Eğri)
 - Mac 4(Eğri)
 - Mccoy laringoskop blade

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR;

9. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.
10. Handle ile birlikte 4'er adet alkalin pil verilmelidir.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR;

11. Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.
12. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;

13. Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.

Patnos Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzm. Dr. Nurdan SÜTEN-ŞUNGUR
Diy. Tıp. No: 143046

14. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
15. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır.
16. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
17. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Montaj: Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.
19. Eğitim: İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Teknik Hizmetle Müdürlüğü birimine ve Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı 10 adet personele üç gün süre ile ücretsiz verecektir.

Patron Devlet Hastanesi
Kardiyoloji ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Nuriye SÜZER SUNGUR
Dip. Tıp Fak. 1994-95