



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET YANIK SETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
**İdari Mali İşler Müdürü**

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YANIK SETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIC):


Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
**e-imzalıdır.**  
**Uzm Dr Demet ÖKKE**  
**Başhekim**  
NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
**e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

## YANIK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler her türlü birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıklarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Yanık bölgesinde kullanıldığında çok hızlı soğutmalı ve dakikalar içerisinde hasta ağrısını gidermelidir.
3. Ürünler gamma steril olmalıdır.
4. Ürün içindeki malzemenin özelliğini bozmayacak şekilde paketlenmiş ve son kullanım tarihine kadar muhafaza etmelidir.
5. Ürünler açık yara dahil kesinlikle tahriş etmemelidir.
6. Ürünler kesinlikle toksik madde içermemelidir. Formaldehit ve tuz içermemelidir.
7. Ürünler yara yüzeyinden kolaylıkla kaldırılmalıdır.
8. Ürünler hydrojel vizkozitesi yüksek, yanık bölgesini hızlı soğutmalıdır, ısının alt dokulara geçişini engellemelidir.
9. Ürünler antibakteriyel olmalıdır.
10. Ürünlerin tamamı yarayı nemli tutup kurutmamalıdır.
11. Ürünler set halinde orijinal çantası ile beraber teslim edilmelidir.
12. Yanık vakalarında kullanılmak üzere polyesterden mamul alüminyum kaplamalı ve güçlü emme özelliğine sahip yumuşak sargı malzemelerinden oluşmalıdır. Set aşağıdaki malzemeleri ihtiva etmelidir.
  - a. 2 adet termal alüminyum yanık battaniyesi (2mx1m)
  - b. 2 adet streç bandaj (7,5 cm.)
  - c. 3 adet 125 ± 10 ml. Hydrojel sprej
  - d. 2 adet 60 mm. X 500 mm. Soft bandaj veya 2 adet hafif elastik steril sargı bezi 60 mm.x4000 mm.
  - e. 1 adet steril yanık minderi (40x30x3 cm ebatlarında alüminyum kaplamalı ve güçlü emme özelliği olan yumuşak malzemedan oluşmalı)
  - f. 10 adet steril yanık sargısı (Paket içerisinde 8x10 cm. ebatlarında alüminyum kompres ve 4 m uzunluğunda elastik sabitleme bandajı şeklinde verilmeli)
  - g. 10 adet 10x10 cm. hydrojel içerikli yanık örtüsü
  - h. 1 adet 60x40 cm. hydrojel içerikli yanık örtüsü
  - i. 10 adet steril kompres (Paket içerisinde 10x10 cm ebatlarında alüminyum kompres verilmeli)
  - j. 1 adet Cerrahi Makas
13. Her bir ürün ayrı ayrı orijinal ambalaj içerisinde olmalıdır.
14. Ürünlerin üzerinde hydrojel bulunmalıdır.
15. Ürünlerin üzerinde emdirilen jel ürünün her noktasında minimum 3 ml kalınlığında olmalıdır.
16. Teklif edilen ürünler bozuk veya hatalı olduğu takdirde yenisi ile değiştirilmelidir.
17. Ürünlerin üzerinde üretim, sterilizasyon, son kullanma tarihi ve numarası bulunmalıdır.
18. Teklif verecek firmalar numune getirmeli ve uygunluk almalıdır.
19. Son kullanım tarihine 3 ay kalan ve tüketilmemiş ürünler ilgili firma tarafından uzun miatlı olarak değiştirilmelidir.

Ömer KAR  


Vedat Zalkın  


Nesit ALTINBAŞ  
