



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET CERRAHİ ASPİRATÖR ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CERRAHİ ASPİRATÖR	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

ÇİFT KAVANOZLU ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Emiş Ve Depolama Sistemini Kendi İçinde Barındıran Portatif(Taşınabilir,Seyyar)Bir Aspiratör Olmalıdır.
- 2-Cihazın Pompası,Bakım Gerektirmeyen Yağsız Tipte Olacaktır.
- 3-Dakikada En Az 20 Litre Sıvı Edebilmelidir.
- 4-Cihaz Çocuk Ve Yetişkin Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 5-Vakum regülatörü olmalı,vakum hortumu king (k,vr,lma,k,rılma)yapmamal, ve en az 1 5 metre uzunluğunda olmalıdır.Vakum hortumu klemlendiğinde 4-6 saniyede vakum gücü en az 300 mmHg veya eşdeğeri basınç biriminde vakum elde edilebilmelidir.
- 6-Toplama kavanozu şeffaf,temizlenebilir ve en az 1 litre kapasiteli olmalıdır.
- 7-toplama kavanozu ve kavanoz kapakları otoklavlanabilir olmalıdır.
- 8-Cihaz hem 220V (+/-10 V) 50 Hz şehir şebeke gerilimi ile hem de şarj edilebilir dahili bataryası ile ihtiyacı en az 30 dakika karşılayacak şekilde çalışacaktır.
- 9-Cihaz üzerinde bakteri filtresi bulunacaktır.
- 10-Metal olmayan farengal emme ucu bulunacaktır.
- 11-Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt işlemleri tamamlanmış,belgelendirilmiş olmalıdır.
- 12 En az 2 yıl garantili olmalıdır
- 13- Numune istacektir.

Acil Servis Sorumlusu
Nesret ALTINTAŞ
A-

Biyomedikal Teknikeri
Zekerya BAŞARAN
A-

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sorumlusu
Taşınır Kayıt Yetkilisi