

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.01.2021

Sayı: 38

Konu: T PARÇA CANLANDIRICI SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.01.2021 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	T PARÇA CANLANDIRICI SETİ			150	Adet		

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T PARÇALI CANLANDIRICI SETİ, YENİDOĞAN TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Hasta devresi boltimide kullanılan Fisher & Paykel marka T parçalı yenidoğan restusitasyon cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 3- Cihazda ayarlanan PEEP değerinin ayar düğmesi hasta solunum devresinde bulunan T parçasının üzerinde hastaya en yakın yerde olmalıdır.
- 4- Hasta devresinin üzerinde bulunan delik sayesinde hastaya manuel olarak soluk verdirilebilmelidir.
- 5- Hasta devresi tek parça inspirasyon hattından oluşmalıdır. Kolayca cihaza takılıp, çıkartılabilmelidir.
- 6- Maske sete kolayca takılabilmelidir.
- 7- Maske bebeğe zarar vermeyen silikon özellikte olmalıdır.
- 8- Hasta devrelerinin tamamı ile birlikte cihaza ve hastanede kullanılan flowmetreye uygun, en az 180 cm uzunluğunda 1 (bir) adet orijinal tek parça gaz besleme hortumu verilmelidir.
- 9- Hasta devrelerinin tamamı ile birlikte 1 adet Pressure Relief kapagı verilmelidir.

TUGRA ÖZGÜ



Peyker Aslı Durgun

