

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 91

18.02.2021

Konu: 2 KALEM ESMARCH BANDAJ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.02.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ESMARCH BANDAJ 10X5 M			2	Adet		
2	ESMARCH BANDAJ 15-20 CM			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## ESMARCH BANDAJ TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Kaymayı engelleyici yüzeye sahip olmalıdır.
- 2.Latex içermemelidir.
- 3.Uzunluğu 15mt (+/-%10) olmalıdır.
- 4.Genişliği en az 20 cm olmalıdır.
- 5.Reusable olmalı ve otoklav ile steril edilebilmelidir.
- 6.Kurumumuz numune değerlendirmesi yapacaktır

**Rahim ALTUN**  
Anestezi Sorumlusu  
Ağrı Devlet Hastanesi

*Ayfer GÖK*  
Ameliyathane Sorumlusu Hemşiresi  
Ağrı Devlet Hastanesi

## ESMARCH BANDAJ TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Kaymayı engelleyici yüzeye sahip olmalıdır.
- 2.Latex içermemelidir.
- 3.Uzunluğu 5mt (+/-%10) olmalıdır.
- 4.Genişliği en az 10 cm olmalıdır.
- 5.Reusable olmalı ve otoklav ile steril edilebilmelidir.
- 6.Kurumumuz numune değerlendirmesi yapacaktır

Rahim ALTUN  
Anestezi Sorumlusu  
Ağrı Devlet Hastanesi

Ayfer GÖK  
Ameliyathane Sorumlusu Hemşiresi  
Ağrı Devlet Hastanesi