



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2000 ADET İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000ML ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **25.02.2021 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İDRAR TORBASİ MUSLUKLU NON STERİL 2000ML	ADET	2000		
					GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 54fead50-a582-4a50-a6c1-4653e2102e0b Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-)Yumuşak ve Tıbbi PVC den üretilmiş plastik olmalı en az 2000 cc ye kadar hacimde olmalı ve torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı.
- 2-) Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de 1 rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda olmalı.
- 3-) Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı.
- 4-) Musluk kısmı ileri geri hareketle çalışmalı , kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağıya sızdırmamalı.
- 5-) Torbanın iki üst yanında askı delikleri bulunmalı , idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı , delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya kesici alet gerektirmemeli.
- 6-) İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı.
- 7-) Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı.
- 8-) Hortumun ucunda konik konektör bulunmalı, konektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı ve kendiliğinden çıkmamalı.
- 9-) Sondaya takılan konektör ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı.
- 10-)Örnek alma portu olmalı
- 11-) Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumundan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı.
- 12-) Hortumu uzunluğu en az 75 cm olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalı.
- 13-) İdrar yer çekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı.
- 14-) Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırılmamalı.
- 15-) Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemelerin TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.
- 16-) Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalıdır.

Emrah TEYFUR
Hemşire