

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.02.2021

Sayı: 97

Konu: REUSABLE KOTER PLAĞI ARA KABLOSU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.03.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTRO CERRAHİ - DAMAR KAPAMA, KOTERİZASYON PROBU ARA KABLOSU MONOPOLAR - TEK KUTUPLU			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

REUSABLE KOTER PLAĐI ARA KABLOSU

1 - Ürün reusable olmalıdır.

2 - Kablo, koter cihazı ile birlikte kullanılacak olan disposable koter plađı arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır.

3 - Kablonun koter cihazına bağlantı ucu Tek Pin girişli olmalıdır.

4 - Kablonun koter plađı ile bağlantıyı sağladığı tutaç kısmı klemp şeklinde olmalıdır.

5 - Kablo çiftli (split) koter plakları ile kullanılabilir.

6 - Kablonun uzunluğu en az 4,5 metre olmalıdır.

7 - Ürünün Buhar ve Etilen Oksit ile sterilizasyonu yapılabilir.

8 - Kablo kullanılacak olan koterin girişlerine uygun olmalıdır.

9- Kablo, boyutları 18,3x11,4 cm, iletken yüzey alanı 137cm²'den küçük olmayan disposable koter plaklarına uyumlu olmalıdır.

10- Kablo REM özelliđi olan plaklar için uyumlu olmalıdır.

11-Ürün orjinal Medtronics marka ürünü olmalıdır.

Rahim ALTUN
Anestezi Sorumlusu
Ađrı Devlet Hastanesi

Ayfer GÖK
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Ađrı Devlet Hastanesi