

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.02.2021

Sayı: 95

Konu: DİYALİZ BİRİMİ İÇİN TANDEM YUMUŞATMA VALFİ ALIMI VE MONTAJI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.03.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI TANDEM AYIRMA VALFİ			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## TANDEM YUMUŞATMA VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1.Tandem yumuşatma Valfi kontrol zamanlı olmalıdır.
- 2.Tandem yumuşatma valf dijital ekran özelliğine olmalıdır.
- 3.Kullanılacak tandem yumuşatma valfi saat ve ters yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
4. Kullanılacak tandem yumuşatma Valfin giriş ve çıkışlar 2"iç olmalıdır.
- 5.Kullanılacak tandem yumuşatma valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
- 6.Valf ve gövde yapısı plastik olmalıdır.
- 7.Kullanılacak tandem yumuşatma valfi Suyun kalitesini bozmayacak özellikte olacaktır.
- 8.Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- 9.Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- 10.Valf yüklenici firma tarafından demontajı ve montajı yapılacaktır. Daha sonra valf ten dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
- 11.Valf en az 1 yıl garanti olmalıdır.
- 12.Sistem üzerinde gerekli revizyonlar yapılacaktır.
13. Teklif verecek olan firmalar, üretici firma tarafından yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.

Musa GÜNLER  
Sor. Tek. grd.



Smer KILDIR  
Teknisyen

