

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.02.2021

Sayı: 106
Konu: ANJİO BİRİMİ İÇİN 2 KALEM ENJEKTÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.03.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal UUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANJİYOGRAFİ ENJEKSİYON SİSTEMİ İLE UYUMLU ŞIRINGA			100	Adet		
2	BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI 150CM F/F-ÖRGÜLÜ 1200 PSİ			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tek Kullanımlık Anjiyo Uyumlu Enjektör Ara Bağlantı Hattı

1. Bağlantı hattı halen mevcut kullanılmakta olduğumuz Medrad marka Mark 7 Arterion enjektör cihazı şiringalarına uyumlu olacaktır.
2. Bağlantı hattı steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Bağlantı hattı üzerinde, şiringaya tek elle yüksek basınca dayanıklı tüpün bağlanmasını sağlayan luer-lok konnektör monte aparatı bulunmalıdır.
4. Bağlantı hattı en az 150 cm uzunluğunda olacaktır.
5. Bağlantı hattı en az 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
6. Teklif edilen bağlantı hattı, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.} üretimi orijinal ürün veya uygunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.
7. Bağlantı hattı ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

Op. Dr. Hayat DEMİR
Dip. Tes. No. 169342
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre KAYMAK
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No. 166394
Ağrı Devlet Hastanesi

Tek Kullanımlık Otomatik Girişimsel Enjektör Şırıngası

1. Şırıngalar halen mevcut kullanmakta olduğumuz Medrad marka Mark 7 Arterion model enjektör cihazına uyumlu olacaktır.
2. Şırıngalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Şırıngalar 150 ml kapasitesinde olacaktır.
4. Her steril şırınga paketi içinde bir adet 150'lik şırınga ve kontrast madde doldurma tüpü birlikte olacaktır.
5. Kontrast madde doldurma tüpleri (Qft) "J" şeklinde olacak ve şırınga ucuna kolay takılıp çıkarılabilecektir.
6. Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında, yırtılma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun materyalden yapılmış olmalıdır.
7. Şırıngalar tamamen şeffaf olmalıdır.
8. Şırıngalar üzerinde cihaza doğru yerleşimi gösteren dışarı doğru çıkıntılı klavuz bölüm olmalıdır.
9. Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içinde opak madde olsa bile, çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.
10. Teklif edilen şırıngalar, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.} üretimi orijinal şırınga veya uzunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.
11. Şırıngaların ambalajı üzerinde içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

Op. Dr. Hidayet DEMİR
Dip. Tes. No: 169342
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre KAYMAKÇI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No: 166394
Ağrı Devlet Hastanesi