

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2021/19  
KONU : Teklife Davet

08/03/2021

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 12.03.2021 tarih saat 11:30'a kadar (04725513307 numaralı belge reçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)**

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Ekg Kağıt Alımı	Adet	100		
				<b>Toplam</b>	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 12.03.2021 tarihi saat 11:30 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza

TC  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Taşlıçay Devlet Hastanesi

**EKG KAĞIDI TEKNİK  
ÖZELLİKLERİ**

1. Ekg kağıdı NİHON KOHDEN cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Ekg kağıdı 110X 140X 142 boyutlarında oluşmalıdır.
3. Ekg kağıtları **Z katlı** olmalıdır.
4. Ekg kağıdı numunesi dendikten sonra karar verilecektir.
5. Ekg kağıdı cihazda sıkışmamalı ve kağıt cihaz yazıcısına toz bırakmamamalıdır.
6. Ekg kağıdı termal özellikte olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
7. Ekg kağıdı 12 kanallı ekg cihazına uyumlu ölçülerde olmalıdır.
8. Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır.
9. Raf ömrü üretildiği zamandan itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
10. Ekg kağıdı bir karton içinde ve karton üstünde ekg kağıdının ölçüleri ve markası yazılı olmalıdır. Her ekg kağıdı ambalajı ince jelatin ile kaplanmalıdır( neme karşı korunmalı).
11. Kağıt üretim hatalarına karşı firma garantisi altında olmalıdır.

Ebubek GÜLMEZ  
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi  
İdari ve Mali İşler Birim Başkanı