



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18.03.2021 tarih ve saat 15:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PLAZMAKİNETİK(İNCE UÇ) ELEKTROT	ADET	5		
2	PLAZMAKİNETİK(KALIN UÇ) ELEKTROT	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.  
Uzm Dr Demet ÖKKE  
Başhekim

#### NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: da3d09dd-79b0-432f-bd34-e312cc661180 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## PLAZMAKİNETİK (İNCE UÇ) ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GyrusAcmi marka Plazmakinetik Tur sistemine uyumlu olmalıdır.
2. Plasmakoronosu yaratarak dokuları hızla ayırmalıdır.
3. Tak çalıştır prensibi ile enstrüman jeneratör tarafından tanınabilmelidir.
4. Saline (%0.09 serum fizyolojik) ortamında çalışmalıdır.
5. Düşük ısı yayılımı ile dokuları derin desikkasyondan korumalıdır.
6. Hiponatremi riskini elminine etmelidir
7. Operasyonun başından sonuna yumuşak kesme performansı göstermelidir
8. Kesici yüzey ince ve geniş olmalıdır
9. Doku rezeksiyonundan sonra geride kalan kısmında etkin hemostaz sağlamalıdır.

## PLAZMAKİNETİK ( KALIN UÇ) ELEKTROD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GyrusAcmi marka Plazmakinetik Tur sistemine uyumlu olmalıdır.
2. Plasmakoronosu yaratarak dokuları hızla ayırmalıdır.
3. Tak çalıştır prensibi ile enstrüman jeneratör tarafından tanınabilmelidir.
4. Saline (%0.09 serum fizyolojik) ortamında çalışmalıdır.
5. Düşük ısı yayılımı ile dokuları derin desikkasyondan korumalıdır.
6. Hiponatremi riskini elminine etmelidir
7. Operasyonun başından sonuna yumuşak kesme performansı göstermelidir
8. Kesici yüzey kalın ve geniş olmalıdır.
9. Doku rezeksiyonundan sonra geride kalan kısmında etkin hemostaz sağlamalıdır.

Op.Dr. Mehmet  
Fener Ağca  
Dip No: 16883  
Svoboz

