



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET STERİLİZASYON PAKETLEME CİHAZLARI,STERİLİZASYON PAKETİ KAPAMA CİHAZI OTOMATİK YAZICILI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.03.21** tarih ve saat **11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİLİZASYON PAKETLEME CİHAZLARI,STERİLİZASYON PAKETİ KAPAMA CİHAZI OTOMATİK YAZICILI	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-İmzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 68f7c8d6-ab40-4954-96f1-7a694a521d9b Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

ilet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



OTOMATİK PAKET KAPATMA CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dakikada 10 m kapatabilmelidir. Tam Otomatik olmalıdır.
2. Cihaz istenildiği gibi ısı ayarı yapılabilenmelidir.
3. ISO 9001 Standartlarına haiz olmalı. Her cihaz seri numarası ile ilgili CE uygunluk sertifikası olmalıdır. Bu uygunluk belgesi cihazla birlikte teslim edilen kullanma kılavuzunda yer almalıdır.
4. Cihaz 50 ile 200° C arasında kapatma özelliğine sahip olmalıdır. İstenildiğinde kullanıcı tarafından manuel ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz çok çabuk ısınmalı zaman kaybettirmemelidir.
6. Cihaz kaç adet malzeme kapatıldığına dair bilgi vermelidir.
7. Kapatılan yerde açılma olmaması için 12-15mm eninde kapatabilmelidir.
8. 3 bariyerli kapama yapmalıdır.
9. Otomatik basınç ayar mekanizması olmalıdır.
10. 220/240V, 50/60hz standart şebeke geriliminde çalışmalıdır.
11. Hafızasına ve paket üzerine üretim tarihi, son kullanma tarihi, kapatma yapan kişi adı ve lot numarası yazılabilmelidir.
12. Cihazın ağırlığı 20 kg'dan fazla olmamalıdır ve masa üstü tipinde olmalıdır.
13. Cihaza ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır ve bayi yetki aldığı firmanın servis ve garanti hizmetlerini sürdüreceğini taahhüt etmelidir.
14. Poşetin kapatıldığından emin olabilmek açısından istendiğinden tersten de poşetin yeniden geçirilebilmesini sağlayan "ters tranportasyon" özelliği olmalıdır.
15. Yapıştırma sıcaklığı toleransı $\pm 1\%$ 'den fazla olmamalıdır.
16. Cihazda aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizması bulunmalıdır. 17. Cihazın dış yüzeyi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
17. Cihazın UBB kaydı olmalıdır.

Stenleyon Orhan Sonerley
Ayhan Altın
Orhan

Biyomedikal Teknikeri
Zekerya BAKARBAZ
Zekerya

DOÇ.DR.YAŞAR EYÜPLÜOĞLU
DOĞUBAYAZIT DEVLETİ HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Sorumlusu
Tasarruflar Yektisi