



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
11/03/2021 14:21 - E-36472700-000-213

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemiz servislerinin ihtiyacı olan ve aşağıda yazılı olan medikal malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 19.03.2021 Saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Dijital Ateş Ölçer	10	Adet		
2					
3					
4					
5					
6					

**Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi**  
[satinalmaeleskirdh@gmail.com](mailto:satinalmaeleskirdh@gmail.com)

Teklif Eden  
.../.../2021  
Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı  
Kaşe-İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

DIGITAL TEMASSIZ ATES OLCER	ADET	20
-----------------------------	------	----

**1.GENEL ÖZELLİKLER**  
**2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER**


Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

**DIGITAL TEMASSIZ ATES ÖLÇER**

**Açıklama : DIGITAL TEMASSIZ ATES ÖLÇER**

1. Cihaz 'insan vücut ısısını' ölçmek için 93/42/EEC medikal cihaz protokolüne göre sertifikalandırılmış olmalıdır.
2. Cihazın klinik kullanıma uygunluğu belgelendirilecektir.
3. Ölçümleri Celcius cinsinden en az 33 oC ila 42 oC arasında yapabilmelidir. Ateş ölçerin vücut sıcaklığı ölçümü için yaydığı infrared ışınları göze zarar vermemelidir.
4. Programlanabilen alt ve üst limitleri aşan bir ölçüm olduğunda sesli ve Aydınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en fazla 5 saniye sonra cihaz kendini otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir.
5. Ekran göstergesi 00,00C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğu en fazla  $\pm 0,2$  oC olmalıdır.
6. Cihaz ölçüm yaparken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici kullanılmasını gerektirmemeli ve ölçümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdır.
7. Cilde en çok 5 cm yaklaştırıldığında, en fazla 1 saniyede doğru ve güvenli ölçüm yapabilmeli ve ikinci bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.
8. İstenildiğinde yüzey ısısını ölçebilmelidir.
9. Cihaz AA pillerle çalışabilmeli, en fazla 250 gr olmalıdır.
10. Cihazla beraber Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.
11. UBB kaydı olmalıdır.
12. Cihazın etkinliğini ve güvenilirliğini kanıtlayan bir klinik çalışma referans olarak sunulmalıdır.
13. Cihaz gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.
14. Cihazın pil tipi AA boyutunda olmalıdır. En az 8 adet yedek pille birlikte verilecektir.
15. Cihazın yaklaşık 20 ölçüm kapasitesine sahip hafızası olmalıdır.
16. En az 2 yıl garantili olacaktır. Arızalanan cihazın yerine firma tarafından 24 saat içerisinde aynı özellikte başka cihaz yedek olarak temin edilecektir.
17. Firma tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verilmelidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Dr. Uğur Çiğdem  
Dip. Tes. No: 221997



**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Şirin MEYAN  
Sicil No: DR186717  
AİLE HEKİMİ