T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.04.2021

Sayı: 161
Konu: TANSİYON MANŞONU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.04.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	TANSİYON MANŞONU			20	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TANSİ YON MANŞONU TEKNİ K ŞARTNAMESİ

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.

2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.

3.Hortum ve manşon tek parça olmalı eklemeli olmamalıdır.

4.Manşonlar her marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.

5. Her manşonla beraber her marka monitörlere uyumlu adaptör bulunmalıdır.

6.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalıdır.

7.Tansiyon manşonlarının kumaşı hasta cildini tahriş etmeyen ve terleme yapmayan türde olmalıdır.
8.Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.

9.Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.

10.Tansiyon manşonu renk değiştirmemelidir.

11.Manşonüzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.

12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmıçiftli olmalı ve hava kaçırmamalıdır. 13.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşonüzerinde yazı ile hasta cildine değecek kısım, indeksçizgileri bulunmalıdır.

14.Manşonun dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.

15Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasındaürünüzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

16.İhaleye iştirak edecek firmalarınÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

17.Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
18.Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Ruhan Çetinkaya Yazar