

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.04.2021

Sayı: 171

Konu: GE MARKA EKG CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.04.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KABLOSU NEEDLE UÇLU IEC RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 3.00 MM 10 LEAD			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ge marka MAC 200 model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2.EKG kablosu 10 lead olmalıdır.
- 3.Üzerinde renk kodlamaları olmalıdır.
- 4.Ürün orijinal olmalı ve orijinal kutusunda olmalıdır.
- 5.EKG kablosu parazit yapmayacak şekilde yalıtılmış olmalıdır.
- 6.EKG kablosu üretim ve imalat hatalarına karşı en az 6 ay garanti verebilmelidir.
- 7.EKG kablosu ISO ve CE gibi uluslararası standartlara uygun belgeye sahip olmalıdır.
- 8.Alımı yapılacak olan EKG kablosunun UBB kaydı olmalı ve yüklenici firma EKG kablosunun UBB numaralarını hastanemize sunmalıdır.Eğer EKG kablosu UBB dışı ise firma EKG kablosunun UBB dışı olduğunu bir yazı ile belgeleyebilecektir.

~~Fatih DURAK~~
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Ruher Akdoğan Jazır
Ruhay