



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1000 ADET ARTER VEN SETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **21.04.2021 tarih ve saat 11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ARTER VEN SETİ	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d091341a-a5a8-40c1-84a5-21298cbc10c6 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Setler tek kullanımlık, Gamma steril olmalıdır, ve teslim alınma tarihinden itibaren en az 4 yıl raf ömrü olmalıdır.
 - 2-Arter ven setlerinin arter kısmında arter yastığı bulunmalıdır.
 - 3-Setlerde izolasyon bulunmalı ve izolasyonlar ayrı poşet içerisinde steril şekilde setin içerisinde olmalıdır.
 - 4-Arter -Ven hattında Drip chamber olmalıdır.
 - 5-Arter hattında arter yastığı bulunmalıdır.
 - 6-Setler üzerinde Klempler bulunmalı Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
 - 7-Setin uçlarında Diyalizöre ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler bulunmalıdır.
 - 8-Setler Universal olmalıdır. Setler iki tarafı rahat görülebilmesi ve depolamada nem salınma gibi durumlara karşı iki tarafı geçirgen ambalajlarda olmalıdır.
 - 9-Setlerin Total kan dolun hacmi 149 ml'ni üzerinde olmamalıdır. Bu bilgi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
 - 10- Setlerin ucu torbali steril olmalıdır.
 - 11- Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan setlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecektir.
 - 12- Ünitimizin ihtiyacı durumunda setlerin %25 kadar peşiyadik seti alınacaktır.
- Firmalar tekliflerinde belirtilmiş olup ve numune olarak vermesi gerekmektedir.

Sarıyer AKBÜYÜK
Hemşirelik Birim Başkanı
Sarıyer 4192

Sarıyer AKBÜYÜK
Hemşirelik Birim Başkanı
Sarıyer 4192

Sarıyer AKBÜYÜK
Hemşirelik Birim Başkanı
Sarıyer 4192