



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HEMODİYALİZ BİRİMİNDE BULUNAN SUS SİSTEMİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.04.2021 tarih ve saat 12:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SU ANALİZ TEST KİTİ DEĞİŞİMİ	ADET	2		
2	TANDEM YUMUŞATMA VALFİ DEĞİŞİMİ	ADET	1		
3	REÇİNE MİNARELLİ DEĞİŞİMİ	LİTRE	100		
4	KUM BIRM ANTRAKSİT DEĞİŞİMİ	KG	100		
5	UV LAMBASI DEĞİŞİMİ	ADET	1		
6	HAVA FİLTRESİ 22 MİKRON DEĞİŞİMİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e64af9ea-da9a-417c-9303-345613f2c79a Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik kation deęiřtirci tip reçine olacaktır
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Partikül yoğunluęu 1,3 g/ml olmalıdır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi, Na + formunda, ıslak, volumetrik 1:9 eq/l min olacaktır.
- pH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- Reçine yüklenici firma tarafından deęiřtirilecektir, daha sonra reçine den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 Belgesi ve ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma iliřkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Gizem AYCAN



0,22 MİKRON HAVA FİLTRESİ ŞARTNAMESİ


1. GEÇİRGENİĞİ 0,22 MİKRON OLMALIDIR.
2. YÜKLENİCİ FİRMANIN TSE 12426-12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİNE (SU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN) SAHİP OLMALI VE ISO 13485-2016 9001:2015-14001:2015 OHSAS 18001:2007 BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
3. YÜKLENİCİ FİRMA RİVAMED YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMANIN TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİLİ BELGESİ OLMALIDIR.

GİZEM AYCAN

TANDEM YUMUŞATMA VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tandem yumuşatma Valfi kontrol zamanlı olmalıdır.
2. Tandem yumuşatma valf dijital ekran özelliğine olmalıdır.
3. kullanılacak tandem yumuşatma valfi saat ve ters yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
4. kullanılacak tandem yumuşatma Valfin giriş ve çıkışlar 1" inç olmalıdır.
5. kullanılacak tandem yumuşatma valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
6. Valf ve gövde yapısı plastik olmalıdır.
7. kullanılacak tandem yumuşatma valfi Suyun kalitesini bozmayacak özellikte olacaktır.
8. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. Valf yüklenici firma tarafından demontajı ve montajı yapılacaktır. Daha sonra valften dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.

GİZEM AYRAN



SERTLİK, KLOR VE PH ÖLÇÜM TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) SUYA SERTLİK VEREN MADDE MİKTARLARINI FRANSIZ SERTLİK DERESESİNE GÖRE ÖLÇÜMLEYEBİLEN YAPIDA GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 2.) HER BİR DAMLA TİPRASYON ÇÖZELTİSİ =1 Fr (1 FRANSIZ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.)
- 3.) SUDA BULUNAN SERBEST KLOR MİKTARINI mg/l BİRİMİNDE ÖLÇEBİLECEK GEREKLİ SOLÜSYONLARI İÇEREN
- 4.) İÇME SUYU VE SAF SU KULLANIMINA UYGUN OLACAK.
- 5.) HER Tüp - TESTİ İÇİN GEREKLİ TEST EKİPMANINA SAHİP OLMALIDIR.
- 6.) KULLANIM KLAVUZUNDA ÖLÇÜM DETAYLI DİYALİZ SU SİSTEMİNE UYGUN OLACAK.
- 7.) SOLÜSYON KAPLARINDA LOT NUMARASI VE SOLÜSYONUN SON KULLANMA TARİHİ BELİRLİ OLACAK.
- 8.) GEREKLİ KİMYASAL UYARI İŞARETLERİNİN SOLÜSYONLARI TAŞIYAN KAP ÜSTÜNDE BULUNDURAN KİTLER OLMALIDIR.
- 9.) HASTANE İHTİYACI OLDUKÇA TEMİN EDİLECEK.
- 10.) Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi ISO 13485-2016 ISO 9001 - 2015 ISO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
- 11.) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

Gizem Ayca



UV LAMBASI

1. UV lambasının balansı Sayacı Balastı olmalıdır,ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. UV lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. UV lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 ISO 13485-2016 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Gizem AUCAN

