

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

16.04.2021

Sayı: 29

Konu: 4 KALEM DİYALİZ SARF MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.04.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 2 K 1,25 CA GLUKOZSUZ 5 LT			670	Adet		
2	HEMODİYALİZ SOLÜSYONU, BİKARBONATLI, ASİDİK, 2K, 1,75 CA, GLUKOZSUZ, 5LT			50	Adet		
3	BİKARBONATLI KONSANTRE BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 5 LT			720	Adet		
4	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN			720	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu üzeri Tutak/AĞRI
(Faks No: 0 (472) 4112083
İnternet Adresi:

Bilgi: Ayşe BALTA
Unvanı : Tıbbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr


ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Setler tek kullanımlık, Gamma steril olmalıdır. ve teslim alınma tarihinden itibaren en az 4 yıl miatlı olmalıdır.
- 2-Arter ven setlerinin arter kısmında arter yastığı bulunmalıdır.
- 3-Setlerde İzolatör bulunmalı ve izalatörler ayrı poşet içerisinde steril şekilde setin içerisinde olmalıdır.
- 4-Arter -Ven hattında Drip chamber olmalıdır.
- 5-Arter hattında arter yastığı bulunmalıdır.
- 6-Setler üzerinde Klempler bulunmalı Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
- 7-Setin uçlarında Diyalizöre ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler bulunmalıdır.
- 8 -Setler Universal olmalıdır. Setler iki tarafı rahat görülebilmesi ve depolamada nem ,ıslanma gibi durumlara karşı iki tarafı şeffaf ambalajlarda olmalıdır.
- 9-Setlerin Total kan dolum hacmi 149 ml'nin üzerinde olmamalıdır. Bu bilgi ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 10- Setlerin ucu torbalı steril olmalıdır.
- 11- Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan setlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecektir.

Esra İŞER



Halime KARAMAN
Eczane Teknisyeni
Tutak Dev.Hast



BİKARBONATLI KONSANTRE HEMODİYALİZ ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primer Ambalaj Şekli:

1.1. Asit Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi,5 LT.polietilen bidon ,emniyetli tıpalı kilitli kapaklı olmalıdır.

1.2. Bazik Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi 6 LT.polietilen bidon , emniyetli tıpalı kilitli kapak olmalıdır.

1.3 Asit bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi bir takım oluşturacaktır.

2. Sekonder Ambalaj: Baskılı ürün etiketi.

Etiket üzerinde; ürüne ait üretim yeri, üretici firma ismi, seri numarası ,üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

Bidonlar kullanım süresince akıtma - sızdırma yapmamalıdır.

3. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

4.Üretici firma K⁺ ve Ca⁺ değerlerini hastaya göre ayarlamak için çözelti verecektir. Bu çözeltilerden numunelerin yanında da verilecektir. Aksi takdirde firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

5.1 litre asit bikarbonatlı konsantre hemodiyaliz çözeltisi ile 1.225 litre bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi 32.775 litre RO.Su ile seyreltildiğinde, iyon konsantrasyonları: Teklif eden firma iki cihazada uygun formülasyonda solüsyon üretimi yaptığını teklifinde belirtilmiş olmalıdır.

Na ⁺	SODYUM	137 - 142 mmol / L.
K ⁺	POTASYUM	1-2-3-4 mmol / L
Ca ⁺	KALSİYUM	1.25 - 2 mmol/L
Mg ⁺	MAGNEZYUM	0.25 - 1,5 mmol/L
Cl	KLOR	98 - 112 mmol /L
CH ₃ COO	ASETAT	2 -5 mmol /L olmalıdır
HC03	BİKARBONAT	27 - 35 mmol /L
Glikoz		1 mmol/L

6.Ünitemizde bulunan hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalıdır.Gerektiğın GAMBRO uyumlu solüsyonda istenecektir.Bu nedenle GAMBRO cihaza uyumlu solüsyon numunesi ve tekliflerde de gambro uyumlu solüsyonlar belirtilecektir.

Era İŞLER



Hallme KARAMAN
Eczane Teknisyeni
Tutak Dök. Masf

