



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
27/04/2021 13:57 - E-36472700-000-392



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz biriminin ihtiyacı olan ve aşağıda yazılı olan malzemenin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 03.05.2021 Saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Manometre 10 Barlık	2	Adet		
2					

Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi
satinalmaeleskirtdh@gmail.com

Teklif Eden
.../.../2021
Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret
Unvanı
Kaşe-İmza

Ek : Teknik Şartname: Teklif verecek firmalar marka ve model belirtmelidir. Marka belirtmeyen firmaların teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
MANOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GENEL ÖZELLİKLER/

- 1) Mevcut cihaza uyumlu olmalıdır
- 2) tam yağlı 3/8 diş olmalıdır
- 3) bir yıl garantili olmalıdır
- 4) pano tipi 1 bar ve 10 bar göstergeli olmalıdır
- 5) mevcut cihazın kart versiyona uyumlu olmalıdır
- 6) firmanın eğitimli sertifikalı personeli tarafından montajı yapıp çalışır vaziyette teslim etmelidir
- 7) Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 001 2007 sahip olmalıdır.

BİRİM SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ TEKNİKERİ
ESRA DÜZ