

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.05.2021

Sayı: 204

Konu: DOKU GÖMME KALIBI (BASEMOLD)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOKU GÖMME KALIBI (BASEMOLD)			75	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## BASEMOLD DOKU GÖMME KALIBI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Parafin blok hazırlamak için kullanılacaktır.
2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Standart doku kasedine uygunluk göstermelidir.
4. Üst bölümde kasedin yerleştirilebileceği kısım bulunmalıdır.
5. İçten içe (dokuların gömülebileceği bölüm) 3x2 cm, dıştan dışa 5x3,8 cm, derinliği 1,4 cm ölçülerinde olmalıdır.
6. Basemold zemine düzgün oturmalıdır.
7. İstekli firma tarafından ihale sırasında 2 adet şahit numune gönderilmelidir. Numuneler ilgili klinikçe değerlendirilip, kullanım onayından geçtikten sonra uygunluk verilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AGRI DEVLET HASTANE  
Uzm. Dr. Levent SEH  
Tıbbi Fizyoloji Uzmanı  
Dip. Tıbbi Fizyoloji Uzmanı  
Uzmanlık Belgesi No: 123456