

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.05.2021

Sayı: 214

Konu: HASTA ÖNLÜĞÜ (YETİŞKİN) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.05.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA ÖNLÜĞÜ YETİŞKİN			5000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod)malıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HASTA ÖNLÜĞÜ TEK KULLANIMLIK (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Önlükler non-woven kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
2. Kumaş ağırlığı 50gr/m2 olmalıdır.
- 3.Kumaş iç tarafı göstermeyecek şekilde koyu renkli olmalıdır.
- 4.Önlük kısa kollu olmalıdır.
- 5.Önlük yakası arkadan ayarlanabilir şekilde bağcıklı ve bel hizasında iki kuşakla bağlanabilir özellikte olmalıdır.
- 6.Önlüklerin boyu en az 120 cm olmalıdır.
- 7.Tek kullanımlık olmalıdır.
8. Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

Süleyman DALMAZ  
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

Metin MUŞLUOĞLU  
Ayniyat Depo Personeli  
Ağrı Devlet Hastanesi