



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
20/05/2021 09:16 - E-68917221 - 949 - 758



00140175855

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SANTRAL VENÖZ KATETERİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.05.2021 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SANTRAL VENÖZ KATETERİ	ADET	60		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.

Uzm Dr Demet ÖKKE

Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz işe eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer; 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

## SANTRAL VENÖZ KATETER 7F ÜÇ LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Santral venöz kateterizasyon için kullanılacaktır.
- 2) Kateterin x-ray altında görülebilmesi için radyopak olmalıdır.
- 3) İntravenöz sıvı infüzyonu, santral venöz basınç monitorizasyonu ve santral venöz kan örneği alınmasına olanak sağlayacak üç lümeni olmalıdır
- 4) Lümen uzunluğu en az 14 cm olmalıdır.
- 5) Dış çapı 7 F olmalıdır.
- 6) Distal lümeni 16G diğer iki lümeni ise 18 G olmalıdır.
- 7) Dış ortamı kirletmesine olanak vermeyecek kapaklı bir paket içinde olmalı, bu paketin bir tarafı, içindeki malzemelerin görülmesine olanak sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
- 8) Kateterin içinde yer aldığı pakette aşağıdaki malzemeler olmalıdır.
  - Bir adet üç lümenli santral venöz kateter
  - Bir adet 5 cc kauçuk başlıklı pistonu olan enjektör
  - Bir adet 18G ince çeperli iğne
  - Bir adet 0,035 inç çaplı J uçlu kılavuz tel
  - Bir adet dilatatör
  - Kateterin cilde suture ile tespit edilmesine olanak sağlan , kateterin hareket etmesine izin vermeyen yapıda kanatlı tespit materyali
- 9) Kateterin arkasında bulunan uzatma tüpü en az 8 cm olmalıdır ve üzerinde klemp bulunmalıdır.

Uzm.Dr.Şükriye A.  
07.05.2021

Doğubayazıt Dr.Yaşar  
Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr.Şükriye AKDAĞ  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 171136