

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.05.2021

Sayı: 221

Konu: HASTABAŞI MONİTÖRLERİ İÇİN 3 KALEM KOL MANŞONU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.05.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU (NO:4)			60	Adet		
2	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU (NO:3)			80	Adet		
3	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU (NO:2)			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HASTABAŐI MONİTÖRÜ NİBP KOL MAŐONU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. MaŐon bađlantı kısmının tek ve çift hortum seĀenekleri olmalıdır
2. Teklif edilen maŐonların 1-2-3-4-5- numara seĀenekleri olmalıdır
3. Teklif edilen ürünler üzerinde her boy için farklı hayvan figürleri olan resimler bulunmalıdır.
4. MaŐonlar tek kullanımlık olmalıdır.
5. MaŐonlar Latex ve PVC içermemektedir.
6. Teklif edilen ürünlerin UTS kayıtları bulunmalıdır.
7. Her maŐon üzerinde sađlık tesisindeki monitörlere uygun konnektör bulunmaktadır.

Jendöjan 90,
Somakou
Halil GELİK



Ađni Sucatacı Devlet Hastanesi,
Uzm. Dr. Meral YILDIZ KORKUT
Neonatoloji Uzmanı
Tic. No: 11652 Tescilli No: 136858

