

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.05.2021

Sayı: 227

Konu: OKSİJEN FLOWMETRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.05.2021 saat: 12:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN FLOWMETRE			200	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yed) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## OKSİJEN FLOWMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastane merkezi sisteme uygun olmalıdır.
- Merkezi sistem bağlantı jakı pirinç malzemeden olmalıdır.
- Skala 0-17 lpm aralığında 1 lpm artışlı olmalıdır.
- Skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Flowmetre gövde ve tüm bağlantı elemanları MS58 pirinç malzemeden, mamül krom kaplı olmalıdır.
- Nemlendirici şişe bağlantı kapağı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik malzeme hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
- Nemlendirme çubuğu ve dağıtıcısı alüminyum özellikte olmalıdır.
- Nemlendirici şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden yapılmış ve 250 cc olmalıdır.
- Nemlendirme şişesi içindeki nemlendirme çubuğu alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Silikon hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
- Flowmetre +134°C sterilizasyonda otoklava dayanıklı olmalıdır.
- Debi ayar vidası 304 kalite paslanmaz olmalıdır.
- Ayar düğmesi üzerinde O<sub>2</sub> etiketi olmalıdır.
- Ürünün kullanım kılavuzu olmalıdır.
- İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalıdır.

  
**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu