



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **180 ADET PDS 5/0 YUVARLAK 16 MM ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **24.06.2021 tarih ve saat 14:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PDS 5/0 YUVARLAK 16 mm	ADET	180		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinizde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer; 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 76f9fd09-dd21-46ac-954a-bfc8b72ebb23 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

ernet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER


Telefon No: (0 472) 312 60 47




SENTETİK UZUN SÜREDE ABSORBE OLAN POLİDİOKSANONPOLYGLYCONATE CERRAHİ SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ (PDS 510 Yuvarlak 16 mm)

1. Malzeme içeriği Polydioxanone yada Polygliconat olmalıdır.
2. Monoflaman yapıda olmalıdır.
3. Sentetik yapıda olmalıdır.
4. Absorbe olmalıdır.
5. 60 gün doku desteği sağlamalıdır.
6. 180-210 gün içinde vücuttan tamamıyla atılmalıdır.
7. Gösterdiği gerilme gücü 3/0 ve kalınlar için; A) 14. günde % 75 B) 28. günde %70 C) 42. günde % 50 olmalıdır.
8. İğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla en az %11-19 arasında krom, en az %0,5 ve üzeri nikel alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Firma bunu belgelendirmelidir. Keskin iğneli kodlarda travmatizasyonu azaltmak amaçlı iğne uç yapısı üçgen (veya yıldız) gövde yapısı ise yuvarlak olmalıdır.
9. Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.
10. Düğüm kolay kaydırılmalıdır. İlk düğüm sağlam olmalıdır.
11. Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
12. Düğüm hafızası olmamalıdır.
13. İğne dokudan kolaylıkla minimum travmayla, deforme olmadan geçmelidir. Geçtikten sonra suture dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.
14. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
15. Cerrahi suture iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda olmalıdır. Cerrahi suture iğnesinin gövdesi portegüden her yöne doğru kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.
16. İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
17. İğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
18. İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
19. Suture paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.

Op.Dr.M.Salih YACIN
Dip.No 140190
K.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi



20. Ambalaj sütünun kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
21. Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Dış ambalaj kolay açılabilir.
22. Sütür malzemesinin Loop formlarının iplik uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.
23. Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.
24. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala bildiri yapılmış medikal malzemeleri fiyat farkı veya ek bir maliyet talep etmeden uzun miadlı yeni ürünlerle değiştirmelidir.
25. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütünun kontrollü esneme özelliği olmalıdır.
26. Firma en az 5 adet numune vermelidir. 27. UBB Kaydı olmalıdır.
28. İğne boyları istenilen ebatta ve sütün uzunlukları EP ve USP standardına uygun olmalıdır.
29. Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Keskin iğneler keskinliğini yuvarlak iğneler sivriliğini operasyon boyunca korumalıdır.
30. Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütün kalınlığı, sütün uzunluğu, sütün rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir, okunabilir ve sonradan yapıştırma olmayacak ve silinmeyecek şekilde orijinal baskılı olmalıdır. Kutu ambalaj içerisinde Türkçe prospektüs olmalıdır.
31. Ürün tanımındaki kolaylık için farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olmalıdır. Bu renk kodlamaları uyumlaştırılmış standartlara uygun olmalıdır.
32. İğne ebatları ihale listesindeki ebatlarla aynı ölçülerde (± 1 mm) olmalıdır.


Op.Dr. M. Salih YACIKAR
Diy. No 140190
K.E.B. Baş ve Boyun Cerrahisi