

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

21.06.2021

Sayı: 145

Konu: HASTANEMİZDE BULUNAN DRAGER FABİUS PLAS XL MARKA CİHAZA UYUMLU DRAGER X8 KABLO ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 25.06.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 25.06.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. ([patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com))

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE

İMZA

## DRAGER X8 KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Drager Fabius plus XL marka cihazını infinity Delta XL hastabaşı monitöre bağlayan X8 kablosu cihaza uyumlu olacak.
- Monitöre gelen gazlar ve hastanın ETCO2 cihazda okunur olması gerekmektedir.
- Kablonun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş,cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi olmalıdır.
- Kablo orijinal olması gerekmektedir.
- Kablo TSE belgesi ,ÜTS bildirimleri yapılmalıdır.
- Kablo üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- Ürün teslim alındıktan sonra deneme yapılıp uygunluğuna karar verilecektir.
- Kablo oluşacak hata ve arızaların ,garanti kapsamında en geç 5 iş günü içerisinde onarım veya değişimi yapılmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi  
Anesziyoloji ve Reanimasyon  
Uzm. Dr. Nilgün SUZEN SUNGU  
Dip. Tes. No: 14304