T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

25.06.2021

Sayı: 175
Konu: HASTANEMİZ SARF DEPO BİRİMİ İHTİYACI OLAN 19 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ

Sayın.....

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 19 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 29.06.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	STERİL SPANÇ RADYOPAKLI 10X10	3500	Adet		
2	GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ SOLÜSYONU, GLUTATYONSUZ, CAM, 500CC	50	Adet		
3	DAMLA AYAR SETİ	2500	Adet		
4	ÜÇ YOLLU MUSLUK - 1200PSI BASINCA DAYANIKLI	300	Adet		
5	KAN VERME SETİ	100	Adet		
6	NATUREL ALÇILI SARGI 10CMX2M	1500	Adet		
7	NATUREL ALÇILI SARGI 15CMX2M	2000	Adet		
8	İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1ML 100 IU 30G DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	1000	Adet		
9	PEDİATRİK İDRAR TORBASI ERKEK	1000	Adet		
10	PEDİATRİK İDRAR TORBASI KIZ	1000	Adet		
11	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7	50	Adet		
12	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFLI NO:7.5	50	Adet		
13	ASPİRASYON SONDASI NO:08	100	Adet		
14	ASPİRASYON SONDASI NO:12	60	Adet		
15	ASPİRASYON SONDASI NO:14	100	Adet		
16	ASPİRASYON SONDASI NO:16	50	Adet		
17	ASPİRASYON SONDASI NO:18	50	Adet		
18	BESLENME SONDASI PVC 4 F	50	Adet		
19	NAZOGASTRİK SONDA LATEKS NO:10	50	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 29.06.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. **(patnosdh@hotmail.com)**
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

RADYOOPAKLI STERİL SPANÇ

1. En az 10 luk paketler de olmalıdır.
2. Sık ve düzgün dokulu en az 20 telli radyoopak madde içeren gazlı bez olmalıdır .
3. 8 veya 12 katlı düzgün katlanmış olmalıdır.
4. Spançların hiçbir yerinden iplik sarkmamalıdır.
5. % 100 pamuk ipliğinden üretilen yüksek emicilik gücüne sahip ,beyaz,kokusuz,boya içermeyen hidrofilik gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde imal ve son kullanma tarihi yazılı olmalı teslim edilen malın son kullanım tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
7. İhaleye numune getirilmesi zorunludur.
8. Yüklenici firma patlak veya arızalı çıkan malzemeyi değiştirmekle yükümlüdür.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rada DENGİZ

GÖZ İÇİ DENGELİ TUZ SOLÜSYONLARI
GLUTATYONSUZ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün ekstraoküler ve intraoküler kullanım amaçlı yıkama solüsyonu özelliğinde olmalıdır ve göz cerrahisinde kullanılabilmelidir.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Beher ml'de Sodyum klorür (NaCl) %0.64, Potasyum klorür (KC1) %0,075, kalsiyum klorür dihidrat (CaC12»2H20) %0,048, magnezyum klorür heksahidrat (MgC12*6H20) %0,03, sodyum asetat trihidrat (C2H3Na02*3H20) %0,39, Sodyum sitratdihidrat (C6H5Na307*2H20) % 0,17, Sodyum hidroksit ve/veya Hidroklorik asit (pH'yi ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su içeren steril fizyolojik tuz içermelidir. 3. Sterilize edilmiş 500 ml'lik cam bir ambalaj içinde bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Yıkama solüsyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon kapasitesi = 0,00019 M/L/pH olmalıdır. 5. Solüsyon şeffaf olmalı ve partikül içermemelidir. 6. İğnenin ya da transfüzyon aparatının cam ambalajın iç çeperine zarar vermemesi ve aseptik olarak takılabilmesi için tıpanın üzerinde işaretli alanı olmalıdır. 7. Gerektiğinde göz içi basıncını algılayan bir cihazla beraber kullanılabilmeli, kullanım sırasında yüksek basınçlara dayanabilmeli ve patlamamalıdır. Ayrıca bu tür cihazla kullanıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanabilme özelliğinde olmalıdır.
Genel Hükümler:	8. Ürünün üzerinde üreticisi, üretim ve son kullanma tarihleri, sıcaklık için saklama koşulları ve sterilizasyon edildiği teknik bulunmalıdır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

DAMLA AYAR SETİ (DOSIFLOW) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olup, steril tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.
2- Damla ayar seti üstün hassasiyette olup, ayarlandığı ölçüde sıvı akışını sağlamalıdır. Hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır.
3- Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.
4- Setin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5- Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır.
6- Serum hortumlarının bir ucu dişi luer lock diğer ucu erkek luer lock konnektörlü olmalıdır.
7- Set üzerinde hariçten ilaç zerketmek için tıpa veya enjeksiyon portu bulunmalıdır.
8- Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır.
9- Damla ayar seti ile akış hızı 3(+/-2)-400(+/-150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir.
10- Kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
11- En az 25, en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır.
12- Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

3 Yollu Musluk Teknik Şartnamesi

1. Musluk mayi akışını (sıvı akışı) yönlendirmek veya aynı anda birden fazla mayi vermek amacıyla yapılmış olmalıdır.
2. Musluğun gövdesi şeffaf, polikarbonattan imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım değişik renklerde (kırmızı, mavi, sarı) ve 360 derecede rahatlıkla dönebilir, şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Musluk Psi (sıvı basıncı) basınca dayanıklı olmalıdır.
4. Musluğun çıkış noktalarından iki tanesi dişi luer kilit, bir tanesi erkek luer kilit yapıda olmalıdır.
5. Musluğun üzerinde üretim ile son kullanım tarihleri bulunmalıdır.
6. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, 40 mikronluk mikroagregat filtresi, damla odacağı, luer-lock bağlantılarına uygun male konnektör ve standart uzunlukta bir hat içermelidir.

2. Kan verme setinin parçaları önceden birleştirilmiş olarak paketlenmiş olmalıdır.

3. Filtre muhafazası, filtrenin iç yapısının görülebilmesini sağlayan plipropilen materyalinden yapılmış olmalıdır.

4. Filtrenin dış kabı, büyük pıhtıların üst kısımlarda toplanmasına olanak sağlayacak biçimde olmalıdır.

5. Filtreli kan verme seti, 21 günlük bir ünite kandan 10 ünite süzebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

6. Filtrenin dolum hacmi en az 20 ml. Olmalıdır.

7. Filtre 300 mmhg basınca kadar membran fonksiyonları bozulmadan kan süzebilme özelliğine sahip olmalıdır.

8. Steril olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.

9. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

ALÇILI SARGI 10*200 CM – 15*200 CM

1. Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuk ipliğinden yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan bezde kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb. kusurlar bulundurmamalıdır.
3. Alçı sargılarda kullanılan bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık çizgi şeklinde kesilmelidir.
4. Alçı sargılarda kullanılan bezdeki atkı ve çözgü teli sayısı 18 adet/cm^2 olmalıdır.
5. Alçı sargılarda kullanılan bezin kütlesi 26 gr/m^2 den az olmamalıdır.
6. Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat yapısında olmalıdır.
7. Sargı en az % 85 kalsiyum sülfat hemihidrat içermelidir.
8. Alçı sargının birim alan kütlesi 340 gr/m^2 az olmamalıdır.
9. Sertleşme süresi 4-8 dk arasında ayarlanmış olmalıdır.
10. Alçı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.
11. Alçı sargı boyu ±5 cm toleransları içinde olmamlıdır.
12. Alçı sargı eni ±0,2 cm toleransları içerisinde olmalıdır.
13. Herbir alçı sargı genişliğine silindirik bir çekirdek üzerine sarılmalı ve bu rulo nem geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.
14. Herbir alçı sargı iç ambalajı üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılmalıdır.
15. Firmanın ticaret ünvanı, adı veya adresi varsa tescilli markası olmalıdır.
16. Raf ömrü telim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
17. Alçı sargının boyutları 20x200 cm olmalıdır.

18-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ (1CC'LİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve steril olmalı.
2. Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken ve çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),
3. Non toksik olmalı,
4. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,
5. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,
6. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,
7. Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,
8. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo teslimninden itibaren 2 yıl olmalı.
9. Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,
10. Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalı,
11. 1 cc'lik olmalı,
12. 1 cc'sinde 100 ünite olmalı,
13. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmeli.

Murat AĞIR
T.K.Y.

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

PEDİATRİK İDRAR POŞETİ (KIZ-ERKEK)

1. Poşetler steril olmalıdır.
2. Poşetler kolay takılır, kolay yapışır, rahatsızlık vermeden kolayca çıkarılabilir özellikte olmalıdır.
3. Teslim tarihi itibari ile en az bir yıl miadı olmalıdır.
4. Her biri ambalajlı olmalı, koli ambalajı üzerinde üretici firma yazılı olmalıdır.
5. İdarenin istediği miktarlar doğrultusunda kız erkek idrar poşeti teslim edilecektir
6. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

ENDO TRAKEAL TÜP NO: 7 – NO :7,5

1. Entübasyon tüpü oral / nazal kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
2. Entübasyon tüpü travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uca sahip olmalıdır.
3. Tüp travma oluşturmayacak esneklikte olmalı, kullanım esnasında deforme olmamalıdır.
4. Kullanım sırasında king yaparak hava geçişine engel olmamalıdır.
5. Entübasyon tüpünde Murphy gözü mevcut olmalıdır.
6. Entübasyon tüpü üzerinde derinlik işaretleri bulunmalıdır.
7. Entübasyon tüpü radyopak çizgiye sahip olmalıdır.
8. Entübasyon tüpünde bağlantı konektörü bulunmalıdır.
9. Entübasyon tüpleri kaflı olmalıdır.
10. Tüp üzerinde numarası yazılı olmalıdır.
11. Tek tek paketlerde, EO ile steril edilmiş olacaktır. Paketler üzerinde ürün adı ve son kullanma tarihi olacaktır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

NAZOGASTRİK SONDA 10F

1. Tıbbi PVC'den yapılmalı, disposable olmalıdır.
2. Giriş kolaylığı sağlayan buzlandırılmış özel bir yüzeye sahip olmalı.
3. Bükülmeyi önleyecek uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
4. Efektif uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.
5. Distal ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
6. Sondanın distal kısmındaki çıkışında doku emilmesini önleyen çapraz 4 yan delik bulunmalı.
7. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı derinlik çizgileri olmalıdır.
8. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır.
9. Renk kodlu olmalıdır.
10. Sondalar tek tek paketlenmiş, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ

ASPİRASYON SONDASI (8F – 12F – 14F – 16F – 18F)

1-Sonda şeffaf ve PVC 'den yapılmış olmalıdır.

2-Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.

3-Sondanın ucu açık ve 45 açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.

4-Sondanın uzunluğu 6 Fr numarada konnektörden itibaren 40cm. olmalıdır.

5-Sondanın uzunluğu konnektörlerden itibaren 50-52 cm. olmalıdır.

6-Sondanın uç kısmı haricinde düşey olarak 2 deliği bulunmalıdır.

7-Konnektör femalla olmalıdır.

8-Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.

9-Sondalar nontoksit ve apirojen özellikte olmalıdır.

10-Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

11-Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

12-Sondanın numarası ve miadı üzerinde yazılı olmalıdır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rauf CENGİZ

BESLENME SONDASI 4F

1. Tüp vucut ile uyumlu poliüretan veya benzeri materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Bütün tüp boylu boyunca radyoopak olmalıdır.
3. Tüp yüzeyi su ile temas edince aktif hale geçen kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalıdır.
4. Tüpün hasta vücudu dışarısında kalan kısmında Y şeklinde konnektörü bulunmalı ve aynı anda hem hastanın beslenmesine, hem de tüpün suyla yıkanmasına veya ilaç tedavisine imkan sağlamalıdır.
5. Tüp lümeni içerisinde hastaya yerleştirmeyi kolaylaştırıcı bir rehber tel bulunmalıdır.
6. Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır.
7. Tüp steril olmalı ve tekli paketler içerisinde muhafaza edilmelidir.
8. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalı ve Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.

Murat AĞIR
T.K.Y.
Patnos Devlet Hastanesi

Patnos Devlet Hastanesi
BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ
Rabia CENGİZ