



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
25/06/2021 15:24 - E-36472700-949-783



**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemenin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 02.07.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Arter-Ven Seti	600	Adet		
<b><u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u></b> <b><u>satinalmaeleskirtdh@gmail.com</u></b>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Teknik Şartname 1 sayfadır. Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ  
ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1-GENEL ÖZELLİKLER/

19-ARTER - VEN SETİ (NİBRO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Nibro Surdial hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalı, Arter ve ven setinde birer adet olmak üzere cihaza uyumlu 2 adet adaptör setin içinde takılı hazır bulunmalıdır.

Arter ucunda intravenöz spike (priming spike) adaptörü bulunacaktır. BVS (Blood Volume Sensor) teknolojisini içeren kısım A/V Setinde pompadan hemen sonra olmalı ve bu teknolojiyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmalıdır.

Arter tarafında heparin hattı (70-100 cm), ven tarafında protamin hattı bulunacaktır.

Arter ven setinde sadece ven hattında hazne bulunmalıdır. Ven setinde hava haznesi (drip chamber) olmalı, hazneler kısımlı olmalı, köpüklenmeyi ve pıhtılaşmayı azaltıcı bir şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ven setinde pıhtı tutucu filtre bulunmalıdır. Haznelerde basınç ölçmek ve numune almak için en az 3 adet çıkış adaptörü olmalıdır. Adaptörler üzerinde empler olmalıdır.

Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunacaktır. Arter seti üzerinde 1 adet klemp ve infüzyon yolu yer almalıdır.

Ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır. Ven seti üzerinde 1 adet klemp olmalıdır. Ven seti çıkışında bir adet torba bulunmalıdır, ayrıca torbanın bağlı kısmında yıkamada serum atıklarının toplamak için klemp olmalı, klemp kilitli ve küçük olmalıdır.

Setin uçlarında diyalizere ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler olmalıdır.

Set Gama veya Beta sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. Arter ve ven setleri tek ambalajda olmalıdır.

BİRİM SORUMLUSU

ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ

M.NURİ ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
25/06/2021 15:24 - E-36472700-949-783

