


**AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KETEM
BİRİMİ MAMOGRAFİ CİHAZININ GRID MEKANİZMASI
İÇİN 4 ADET SENSÖR VE STEP MOTORU 1 ADET DİŞLİ VE
COMPERATION UNIT POT AYARLARININ**

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Amulet innovality model mamografi cihazında kullanılacaktır.
- 2-Kullanılacak yedek parçalar grid mekanizmasına uyumlu olacaktır.
- 3-Yüklenici firma takılacak parçalara en az 6 ay garanti verecektir.
- 4-Cihaza takılacak parçaların montajı en az elektronik teknikeri, elektrik-elektronik mühendisi veya biyomedikal mühendisi olan personel tarafından yapılacaktır.
- 5-Montaj esnasında kurum tarafından görevlendirilmiş en az bir kurum çalışanı hazır bulunacaktır.
- 6-Yüklenici firma parça değişimi sonrasında pot calibration yapacaktır.
- 7-Tüm bu işlemlerden sonra maruziyet koşulu hatası giderilip cihaz yetkililere teslim edilecektir.


Dr. Osman KAYAN
Ağrı Toplum Sağlığı Merkezi
Sicil No Dr23297
Dip Tes No 227097

Dr. Rumeyza DEMİRTAŞ



Dr. Rumeyza DEMİRTAŞ
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi
Sicil No: DR 236608
Dip. Teskil No: 230910

**Rad. Tek.
Hande KADAYIFCI**

