



00145261095

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **6/0 PDS YUVARLAK 14 mm 75cm ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **17.08.2021 tarih ve saat 14:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	6/0 PDS YUVARLAK 14 mm 75cm	ADET	120		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm Dr Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 9ca19820-ce23-4a0c-9d94-0fcc138ed88

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta:

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



SENTETİK UZUN SÜREDE ABSORBE OLAN POLİDİOKSANONPOLYGLYCONATE CERRAHİ SÜTUR TEKNİK
ŞARTNAMESİ (PDS 670 Yuvarlak 14 mm)

1. Malzeme içeriği Polydioxanone yada Polygliconat olmalıdır.
2. Monoflaman yapıda olmalıdır.
3. Sentetik yapıda olmalıdır.
4. Absorbe olmalıdır.
5. 60 gün doku desteği sağlamalıdır.
6. 180-210 gün içinde vücuttan tamamıyla atılmalıdır.
7. Gösterdiği gerilme gücü 3/0 ve kalınlar için; A) 14. günde % 75 B) 28. günde %70 C) 42. günde %50 olmalıdır.
8. İğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla en az %11-19 arasında krom, en az %0,5 ve üzeri nikel alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Firma bunu belgelemelidir. Keskin iğneli kodlarda travmatizasyonu azaltmak amaçlı iğne uç yapısı üçgen (veya yıldız) gövde yapısı ise yuvarlak olmalıdır.
9. Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.
10. Düğüm kolay kaydırılmalıdır. İlk düğüm sağlam olmalıdır.
11. Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
12. Düğüm hafızası olmamalıdır.
13. İğne dokudan kolaylıkla minimum travmayla, deforme olmadan geçmelidir. Geçtikten sonra suture dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.
14. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
15. Cerrahi suture iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda olmalıdır. Cerrahi suture iğnesinin gövdesi portegüden her yöne doğru kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.
16. İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
17. İğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
18. İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır.
19. Suture paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.

Op.Dr.M.Salih YAĞMA
Dip No 140190
K.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi.

20. Ambalaj sturun krlmasn engelleyecek Őekilde yaplmŐ olmalıdır.

21. DŐ paketten ıkarldğnda masa zerinde diğer malzemelerle karŐmamas iin i ambalaj zerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. DŐ ambalaj kolay aılabilmelidir.

22. Stur malzemesinin Loop formlarının iplik uzunluğ en az 75 cm olmalıdır.

23. Malzemeler tek tek steril poŐetlerde olmalıdır.

4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala bildirim yaplmŐ medikal malzemeleri fiyat fark veya ek bir maliyet talep etmeden uzun miadlı yeni rnlerle değŐtirmelidir.

25. Stur yzeyi przsz olmalıdır. Kaplamas dokudan geerken sıyrlmamalıdır, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sturun kontroll esneme zelliğ olmalıdır.

26. Firma en az 5 adet numune vermelidir. 27. UBB Kaydı olmalıdır.

28. İğne boyları istenilen ebatta ve stur uzunlukları EP ve USP standardına uygun olmalıdır.

29. Dokuya giriŐini kolaylaŐtırmak iin cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Keskin iğneler keskinliğni yuvarlak iğneler sivriliğni operasyon boyunca korumalıdır.

30. Birim ambalaj zerinde imalatı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon Őekli, lot numaras, stur kalınlığ, sturn uzunluğ, sturn rengi, 1/1 oranında iğne byklğ ve diğer zellikleri grlebilir, okunabilir ve sonradan yapŐtırma olmayacak ve silinmeyecek Őekilde orijinal baskılı olmalıdır. Kutu ambalaj ierisinde Trke prospekts olmalıdır.

31. rn tanımındaki kolaylık iin farklı rn gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmŐ olmalıdır. Bu renk kodlamaları uyumlaŐtırılmŐ standartlara uygun olmalıdır.

32. İğne ebatları ihale listesindeki ebatlarla aynı llerde (± 1 mm) olmalıdır

- *Dr. N. Salih YAMAMA*

Op. Dr. N. Salih YAMAMA
D. No 140190
K.B.B. BaŐ ve Boyun Cerrahisi