

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

23.09.2021

Sayı: 246

Konu: Fiyat Teklifi

Sayın.....

Hastanemiz ADSM' de kullanılan aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem hizmet işi 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 28.09.2021 günü saat 11:00'e kadar Satın Alma Birimine patnosdh@hotmail.com adresine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim


Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|---|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | 9 ADET DİŞ ÜNİT CİHAZLARIN BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ | 12 | Ay | | |

Son Teklif Verme Tarihi: 28.09.2021 günü saat 11:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 9-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
- 10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 11-İdareimiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
- 12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
- 13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ ADSM

DIŞ ÜNİTLERİ VE ENDOMOTOR BAKIM VE ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. TANIM

Bu teknik şartname, Patnos Devlet Hastanesine bağlı Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Ek Binasında bulunan 10 adet Swident marka Diş Üniti ve Endy 6200 (Mikromotor + Apex Locater) Cihazlarının parçasız bakım- onarım hizmetini kapsar. Bakım ve Onarım Hizmetleri esnasında cihazlarda değişmesi gereken parçaların bedelleri bu şartname (2.d) maddesindeki koşulun yerine getirilmesi durumunda firmaya ödenir.

GENEL ÖZELLİKLER

1. PERİYODİK BAKIM VE ONARIM

- a) Periyodik ve koruyucu bakımlar, her ay düzenli olarak yapılacak ve firma bu dönem içinde hangi gün kuruma geleceğini gelmeden 1 iş günü öncesinde kuruma faks ile bildirecektir. Firma tespit edilen bu tarihi kurumun yetkili gözetim elemanının yazılı onayı olmaksızın değiştiremez.
- b) Yüklenici, her bir grup cihaz için standart bir Periyodik bakım programı hazırlayacak ve aylık periyodik bakımlar esnasında nelerin kontrol edileceğini başlıklar halinde önceden belirleyerek idareye yazılı olarak bildirecektir. Bu liste kurum gözetim elemanı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
- c) Yüklenici, her bir cihaz için, üzerinde Cihazın Adı, Marka- Model, Seri NO ve Kullanıldığı birimin bilgilerinin yazılı olduğu "Cihaz Bilgi Kartı" açacak ve bu karta cihaza yapılan periyodik bakımlar ve sair müdahaleler tarih ve kısa açıklama ile not edilecektir. Bu Cihaz Bilgi Kartının ekinde bu birime ait Servis Formu bulunacaktır.

2. SERVİS HİZMETLERİ:

- a) Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda kurumun tayin edeceği yetkili elemanlarının gözetiminde yapılacaktır. Kurumun yetkili elemanın gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmeyecektir. Bakımı yapılan cihaz ile ilgili 4 nüshalı firmaya ait servis formu düzenlenip bu formların, Bir nüshası cihazın bulunduğu ilgili birimde, bir nüshası, kurumun tayin edeceği yetkili gözetim elemanında kalacak bir nüshası ise fatura ile birlikte satın alma birimine gönderilecek, bir nüshası yüklenicide kalacaktır. Nüshalarda firma kaşesi cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, kurumun tayin edeceği gözetim elemanın ve firma servis elemanının imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak gösterilecektir.
- b) Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızaları yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- c) Firma cihazların bakım ve onarımında kesinlikle orijinal yedek parça kullanmak zorundadır. Orijinal yedek parçanın temininin mümkün olmadığı durumlarda, firma kurumun yazılı onayını almak zorundadır.
- d) Bakım ve onarımda arızalı olduğu tespit edilen ve yenisi ile değiştirilmesi gereken arızalı parçalar için firma kuruma fax/ e mail yolu ile arızalanan parçanın fiyatını bildirecek kurumun onay vermesi halinde arızalanan parçayı değiştirecektir. Kurum, arzu ettiği takdirde söz konusu parçayı kendisi temin ederek firmaya verebilir.
- e) Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile, arızalanan parça firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- f) Değiştirilecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekli ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.
- g) Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

Dt. İbrahim ALTAY
Dip. Tes. No: 02092020
Tes. No: 52348
Patnos Devlet Hastanesi

AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dt. Recep AYTULUN
Dip. Tes. No : 46024

PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dt. Çağrı ÇİÇEK
Diş Hekimi
Dip. Tes. No: 53498

h) Yüklencilci cihazların elektrik güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.

ı) Acil arıza durumlarında gerekli olursa yüklencilci mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, Yüklencilci kendi isteği ile iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışırsa (Bayramlarda ve resmi tatil günleri de dahil) veya arıza bakımı nedeniyle tatil günlerinde ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya normal çalışma saatlerinde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taşarsa, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne nam altında olursa olsun ek ücret ve teknisyenin seyahat masraflarını ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

- Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
- Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

3.) **ARIZAYA MÜDAHALE** Herhangi bir zamanda Cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklencilci bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.


a) Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde, kurum yetkilisi, firmayı, fax veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak kurumun kayıtları esas alınır. Arıza bildirimini ardından, yüklencilci en geç 48 (kırksekiz) saat içinde cihaza müdahale edecektir.

b) Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaz müdahaleden itibaren en geç 24 saat içinde tamir edilmiş olmalıdır.

c) Arızada yedek parçaya ihtiyaç olması durumunda kurum tarafından firmaya söz konusu yedek parçanın temini için makul bir süre verilir ama yedek parçanın yurt dışından getirilmesi durumları dışında bu süre her halükarda, kurumun arıza bildirim tarihinden itibaren 15 iş gününü aşamaz.

4.) Teklif Veren firma, swident diş üniti ve Endy 6200 (Endomotor + Apex Locater) cihazlarıyla ilgili yetkili servis olduğuna dair belgesini ibraz etmelidir. Belgesini ibraz etmeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

Dt. İbrahim ALTAY
Dip. Tes. No: 02092020
Tes. No: 52345
Patnos Devlet Hastanesi



AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dt. Recep AYTULUN
Dip. Tes. No : 48024



PATNOS DEVLET HASTANESİ
Dt. Çağrı ÇİÇEK
Diş Hekimi
Dip. Tes. No: 53496

