

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.09.2021

Sayı: 400

Konu: İNTRA AORTİK BALON KATETER SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.10.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNTRA AORTİK BALON KATETER SETİ			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) mahdudur.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

	<b>İNTRAAORTİK BALON ADULT TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>	
--	--	--

SUT KODU:

1. Balon kateterleri merkezimizdeki MAQUET marka cihazlarla kullanılabilir özellikle olacaktır.
2. Balon ucu sheatless kullanım sırasında damar yapısını bozmamak için plastik/balistik tipte olmalıdır.
3. Balon kateteri hastaya herhangi bir sheath kullanılmadan yerleştirilebilmelidir.
4. Balon hacmi 40cc ve kateter çapı en fazla 7.5 Fr olacaktır.
5. Balon ile birlikte 1 adet yerleştirme kiti verilecektir ve istenildiğinde kateter Sheat ile yerleştirilebilmelidir.
6. Balon kateterin üzerinde, kateterin hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu plastik bir kılıf olmalıdır.
7. Balon çift kaplı steril paketinde olacaktır.
8. Kateterin iç lümeni çelik yapı sayesinde düzgün artelyel basınç dalgası izlemeye olanak tanıyan fiberoptik yapıda olmalı, normalin ötesinde sıklıkla yıkamaya gerek duyulmamalıdır.

İMZA	İMZA	İMZA
<b>Op. Dr. Emre KAYMAKCI</b> Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Dip. Tes. No. 166391 Ağrı Devlet Hastanesi	<b>Op. Dr. Nilay DEMİR</b> Dip. Tes. No. 169342 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ağrı Devlet Hastanesi	<b>Op. Dr. Muhammed SAVRAN</b> Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Dip. Tes. No. 144730 Ağrı Devlet Hastanesi