



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
05/10/2021 09:20 - E-68917221 - 949 - 1375



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME (BAKTERİ FİLTRESİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **11.10.2021 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	1 KALEM MALZEME (BAKTERİ FİLTRESİ)	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e81d4ddb-6aac-4af1-a94b-b2b836d479a4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Satın Alma Birimi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

e-Posta: c

ernet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47



Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

1. Filtrenin hacmi 150-1200ml arasında tidal hacimde kullanılabilir.
2. Filtre etkinliği en az %99,99 olmalıdır.
3. Filtrenin virüs filtre etkinliği en az %99,99 olmalıdır.
4. Filtrede ölü boşluk en az 35 ml olmalıdır.
5. Filtre en az 19 gr ağırlığında olmalıdır.
6. Filtre elektrostatik olmalıdır.
7. Filtrenin yüzeyi 23 cm² olmalıdır.
8. Filtrenin bağlantıları 22M/15F-22F/15M olmalıdır.
9. Filtrenin bağlantıları luer lock olmalıdır.
10. Filtre Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Filtrenin kutusunun içerisinde en az 25 adet bulunmalıdır.
12. Filtrenin maksimum sterilite ömrü 5 yıl olmalıdır.
13. Filtre ventilatörlerin nefes alma ve verme çıkışlarında kullanımına uygun olmalıdır.
14. Filtre şekli itibari ile kullanımı kolay olmalıdır.

Doğubayazıt Dr.Yasemin Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Sükrü AKDAĞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
T.C. Sağlık Bakanlığı