

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.10.2021

Sayı: 438
Konu: ISI NEM ÖLÇER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.10.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Eiyatı	Toplam Tutar
1	ISI NEM ÖLÇER			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ISI NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dijital Olmalıdır.
- LCD ekranlı olmalıdır.
- Sıcaklık ölçüm aralığı -50°C + 70°C olmalıdır.
- Ekran çözünürlüğü sıcaklık için 0,1 °C olmalıdır.
- Sıcaklık hassasiyeti : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
- Nem ölçüm aralığı 10 - 99% olmalıdır.
- Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
- Nem hassasiyeti : $\pm \% 3$ olmalıdır.
- Min – Max Değer hafızası olmalıdır. Reset tuşu ile değerler sıfırlanabilmelidir.
- En az 105 x 98 x 20 MM boyutlarında olmalıdır.
- Cihaz aynı anda odanın sıcaklığını, probun sıcaklığını ve odanın nemini ölçmelidir
- Cihaz aynı anda odanın sıcaklığını (IN), probun sıcaklığını (OUT), odanın nemini (RH ve saati ekranında göstermelidir.
- Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır
- 1 adet 1,5V (AAA) ince kalem pil ile çalışabilmelidir.
- Duvara asılabilmeli veya ayakları ile masa üstü kullanılabilmelidir.
- Rakamlar en az 1,5 cm boyunda rahat okunabilir olmalıdır.
- Prob kablo uzunluğu en az 150 cm olmalıdır.
- Firma farklı renkte ürün teklif edebilmelidir.

Zahra Güler
[Signature]

[Signature]
TTT DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorun Çözümleri