

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.10.2021

Sayı: 635
Konu: DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.10.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) zorunludur.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİJİTAL/TEMASIZ ATEŞ ÖLÇER (TERMOMETRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Derece ölçümlerini hem vücut sıcaklığı incelemesinde hemde ortam /oda sıcaklığı incelemesinde temassız olarak yapabilmelidir.
- Cihaz vücut ısısını belli bir mesafeden ölçebilmelidir.Cihazın ölçüm mesafesi 3 cm-5cm olmalıdır.
- Ölçüm ağırlığı;vücut modunda 32 C ile 42,5 C (90F ila 108,0 F)Nesne modunda ise 0-60,0 C (32-140 F) olmalıdır.
- Ekran çözünürlük 0,1 C/F olmalıdır.
- Derece özel uyarıcı si,mgeleri ekranında gösterebilmelidir.
- Hafıza modunda en az son 10 ölçüm tekrar görülebilmelidir.
- Kullanım ortam sıcaklığı :10-40 C (50-104F) olmalıdır.
- Cihaz ölçüm hatasını yada arızayı 3 kısa bip sesi ile verebilmelidir.
- Cihazı saklama sıcaklığı 0 ile 50 C derece (32 F ile 122 F) olmalıdır.
- Cihazın pil tipi 2*1,5 V. ve boyutu AA olmalıdır.
- Cihazın 40000 ölçümlük kullanım ömrü olmalıdır.
- Cihaz ASTM E-1965; IEC 60601-1 ; 60601-1-2 (EMC) standartlara uygun olmalıdır.
- Cihazı açmaya gerek kalmadan kapalı durumdayken direk ölçüm tuşuna basıp ölçüm gerçekleştirebilmelidir.
- Ateş ölçerin en az 2 yıllık garanti belgesi olmalıdır.
- Numune değerlendirilmeden alıma karar verilmeyecektir.

~~Fırat DURAK~~
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Leziko Güler
[Signature]