

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.11.2021

Sayı: 463

Konu: NEBULİZATÖR JET SET ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymaç ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEBULİZATÖR SETİ VENTİLATOR UYUMLU			100	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## NEBULİZATÖR JET SET

1. Set t konektör , ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır.
2. T konektör 22mm/15mm girişlere sahip olmalıdır.
3. Bağlantı hortumu hastanenin oksijen hattına girebilecek özellikte olmalıdır.
4. Bağlantı hortumu en az 2 metre uzunluğunda ve yumuşak olmalıdır.
5. Nebulizatör haznesinin hacmi en az 10 ml olmalı ve hazne ml cinsinden derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Nebulizatör haznesi sert ve şekillendirilmiş olmalıdır.
7. Oluşturulan aerosol bulutunun partikül çapı istenilen standarttaki solunabilir değerlere uygun olmalıdır.
8. Set içerisinde yer alan ilaç kabı üzerinde ilaç kapağı açılmaksızın ilaç ilavesini oksijen verilmesini sağlayacak port bulunmalıdır.
9. Nebulizasyon seti ile bronkodilatör, kortikosteroid ve antibiyotik türü ilaçları rahatlıkla verilmelidir.
10. Orijinal ambalajda olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmelidir.
11. Son kullanma tarihi teslim tarihinden başlamak koşuluyla en az 2 yıllık olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, T.C. ilaç ve tıbbi ulusal bankasına (TİTBUB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

Uzm. Dr. Seda SEVEN  
Yoğun Bakım Uzmanı  
Uzm. Tes. No: 147908  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
A Blok Yoğunbakım  
Sorumlu Hemşire  
Yusuf MARANKOZ

## Hızlı uygulama

Kolay mayi ekleme, performans ayarlama.

## Kalibre edilmiş nebulizer kap

Doğru ve hızlı hazırlık.

## Düşük residüel hacim

Atık ilaç oluşumunu engelleme.

22 M

15 F

22 M

22 F

