

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.11.2021

Sayı: 468

Konu: KBB BİRİMİ İÇİN KAFA LAMBASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.11.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KAFA LAMBASI			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KAFA LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alın ışığı kafayı üstten kavrayan bir baş bandına (ergonomik C-Band) monte edilmiş olmalıdır.
2. Bataryadan gelen güç kablosu baş bandının içinde gizli olmalı, dışarıdan hiçbir şekilde gözükmemelidir.
3. Yüksek kalitede parlak ve homojen beyaz ışık ile düşük seviyede ısı veren led sistemine sahip olmalıdır.
4. Alt ve üst kısım olmak üzere 2 adet led olmalıdır. (Astral Kullanım)
5. Beyaz soğuk ışık/gün ışığı için eklenebilir ışık kapağı olmalıdır. Işık yansımalarını engellemek için 2 farklı ışık filtre kapak seçeneği bulunmalıdır.
6. Lamba gölgesiz aydınlatma sağlamalıdır.
7. Cihaz en az 100.000 lux aydınlatma sağlamalıdır. Led' lerin renk ısı 5000-6000° Kelvin olmalıdır.
8. Led' lerin çalışma süresi, minimum güçte yaklaşık 12 saat, maximum güçte yaklaşık 2,5 saat olmalıdır.
9. Cihazın kafa bandının arka tarafında 1 adet Lityum iyon şarj edilebilir batarya olmalıdır. 1 adet yedek batarya ve 1 adet şarj cihazı lamba ile birlikte verilmelidir.
10. Cihazın bataryasının tam şarj olma süresi 90 dakika olmalıdır.
11. Cihazın batarya kutusu üzerinde ışık şiddetini ayarlamak için düğmesi olmalıdır.
12. Cihazı çalıştırmak için ledlerin bulunduğu tutucu kol aşağıya indirilmeli ve 2 kademede aydınlatma alanına göre ayarlanabilmelidir. Işığı kapatmak için led tutucu kol yukarıya kaldırılarak kilitlenmelidir.
13. Gözlükle birlikte kullanılabilir olmalıdır.
14. Kafa lambası muayene ve ameliyatlar için dizayn edilmiş olmalıdır.
15. Kafa lambası yaklaşık 100 gr ağırlığında olmalıdır.
16. Cihaz orijinal kutusunda teslim edilmelidir. Cihazla beraber deriden mamul özel taşıma çantası verilmelidir. Kafa lambasının taşıma çantası, içi yumuşak süngerden oluşmalı, dışı deri ve sert korumalı olmalıdır.
17. Kafa lambası üzerinde istenirse kolayca loop entegrasyonu yapılabilmelidir. Bu loplar gözlük camı şeklinde olmalı ve iki adet led arasındaki özel yuvasına takılarak kullanılabilenmelidir. Loop büyütme seçenekleri 2.0X, 2.5X, 3.0X, 3.5X olmalıdır.
18. Loopların her büyütme değerinde, 58mm, 62mm, 66mm, IPD değeri olmalıdır.
19. Loopların çalışma mesafesi 5-100 cm, çalışma alanı boyutu 45 cm, ağırlığı yaklaşık 13 gr olmalıdır.
20. Opsiyonel olarak, lamba üzerine, ışığı engellemeyecek şekilde özel imal edilmiş kamera takılabilmelidir.
21. Cihaz baş bandının ön tarafında bulunan yumuşak destekler ile uzun operasyonlarda kullanım rahatlığı sağlamalıdır. Baş bandının arka tarafında bulunan bataryanın da takılabildiği destek ise art kafa kemiğine uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır.
22. Cihaz, fatura tarihinden itibaren, üretim ve işçilik hatalarına karşı 24 ay süre ile garantili olmalıdır.
23. Garanti sonrası yedek parça için, ücreti mukabili 8 yıl süre ile parça temin garantisi olmalıdır.
24. Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.
25. Ürünün varsa UBB kodu fatura üzerinde belirtilmelidir.
26. Teklif veren firmaların, TS EN ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
27. Teklif edilen markanın ismi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazması gerekmektedir.
28. Teklif veren firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Belgesi olmalıdır.
29. Bütün bu belgeler ihale/teklif dosyasında sunulmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzm.
Op. Dr. Eray UZUNOĞLU
Dip. Tes. No: 146023

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzm.
Op. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. Tes. No: 146023

AĞRI DEVLETİ HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Op. Dr. Mustafa YILMAZ
Dip. Tes. No: 146023

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Murat Samet ATEŞ
KBB Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 141817