

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.11.2021

Sayı: 477

Konu: VENTİLATÖR TEST CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.11.2021 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALİBRATÖR, VENTİLATÖR TEST CİHAZI			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## VENTİLATÖR TEST CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ✓ Cihaz LSD arabiriminde ventilasyona dair tüm parametreleri gösterebilmelidir.
- ✓ Flip ekran fonksiyonu ile herhangi bir duruma adapte olabilmelidir.
- ✓ İki yönlü akış ölçümü sağlayabilmelidir.
- ✓ İlgili tüm solunu parametreleri; tidal volume, PEEP, I:E, inspirasyon, Ekspirasyon süreleri, akış, Basınç (düşük, orta ve yüksek aralıklar), dakika hacim-minute volume, O2 oksijen, helium, N2, CO2 ölçümleri ve frekansı ölçebilmelidir.
- ✓ Gerçek zamanlı solunum eğrileri ve grafikleri verebilmelidir.
- ✓ Ventilatör, Aspiratör, Spirometreler, O2 manometreler, Akış manometreleri, Akışmetreler, Basınçmetreler gibi cihaz kalibrasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.
- ✓ Cihaz ölçme aralığı, 13 gaz standardı ve en az 7 gaz tipi gereksinimleri karşılamalıdır.
- ✓ Cihaz üzerinde basitçe bu ölçümleri kaydetmek ve sonradan bu verileri dışarıya alıp analiz etmelidir.
- ✓ Yazılım ve ölçümleri otomatik olarak baskı olarak alınabilmelidir.
- ✓ Yüksek çözünürlüklü 4,3 "çoklu dokunmatik ekranda zorlu uygulamalar için en gelişmiş kullanıcı arayüzü olmalıdır.
- ✓ Taşınabilir, hassas ve kullanıcı olarak ölçüm ekranlarını ihtiyaca göre özelleştirebilir olmalıdır.

~~HESTİDURAK~~  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu