



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
15/11/2021 09:33 - E-36472700-949-1331



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemelerin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 19.11.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Clencart-A	750	Adet		
2	Clencart-C	750	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde

Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 3 (üç) gün içinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
CLENCART-A VE CLENCART-C TEKNİK ŞARTNAMESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1-GENEL ÖZELLİKLER/

1. CLENCART- TOZ KARTUŞ

- 1).İçi de kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr.Strik asit olmalıdır.
- 2).Kartuş uç dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3)seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4)Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

2. CLEA CART-A TOZ KARTUŞ

- 1).İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr.Sodyum Karbonat olmalıdır.
- 2)Kartuş" un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3)PH 11 Seyreltilmiş eriyik halind e olmalıdır.
- 4)Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro ak 96-98 marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu sorunsuz r şekilde çalışmalıdır

BİRİM SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ TEKNİKERİ
ESRA DÜZ

Diyaliz Hemşiresi
M. Nuri ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
15/11/2021 09:33 - E-36472700-949-1331

