



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DDH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
18/11/2021 15:51 E-36472700-949-1359



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemelerin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 22.11.2021 Saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Işıklı Aerator Başlığı	3	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

- Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
 - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
 - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
 - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
 - Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
 - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
 - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
 - Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
 - Teknik Şartname ektedir.
 - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
 - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
 - Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İŞIKLI AERATÖR BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
18/11/2021 15:51 - E-36472700-949-1359



1. Başlık gövdesi tamamı Titanyum kaplama olmalıdır.
2. LED ışıklı aydınlatma sistemine sahip olmalı, ışık gücü 5.500 Kelvin olmalıdır.
3. Alet kapling adaptör bağlantı sistemine sahip olmalıdır. Her aeratör ile birlikte 1 adet kapling adaptör verilmelidir. Adaptör aeratör ile aynı marka olmalıdır.
4. Başlığın gücü en az 28 Watt olmalıdır.
5. Aeratör başlığı 2.2 bar basınçlı hava ile performanslı bir şekilde çalışabilmelidir.
6. Aeratör başlığının bünyesinde fazla gelen havayı regule etmek için, Otomatik basınç regülatörü olmalıdır
7. Frez değiştirme sistemi push-button sistem olmalıdır
8. Kafa yapısı, standart tipte olmalı, çapı en fazla 13 mm ve kafa yüksekliği en fazla 14,5 mm olmalıdır bu veriler ürün dökümanında gösterilmelidir.
9. Cihazın bakımı sprey yağlarla yapılabilmesi.
10. Aeratör başlığının **maksimum hızı** en az (375.000) d/dk, **minimum hızı** en az 320.000 d/dk olmalıdır.
11. Başlığın kartuşu seramik rulmanlı olmalıdır.
12. Aeratör başlığı kirli hava ve suyun tribün içerisine girmesini engelleyerek çapraz enfeksiyon riski oluşturmayan **non retraction** sistemine sahip olmalıdır
13. En az 3 ayrı noktadan frez ucuna su püskürtmelidir.
14. Ortalama ses seviyesi, maximum 55 db. Olmalı
15. Rahat temizlenebilmeli ve hijyen açısından uygun olmalıdır.
16. Aeratör başlığı 135 dereceye kadar otoklavda steril edilebilmeli ve başlık üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı olmalıdır.
17. Termal dezenfektörde yıkanabilmelidir.
18. Aeratör başlığı Avrupa menşeli olmalıdır.
19. Numune gösterilmelidir, uygun görülen numunenin alınmasına karar verilecektir.
20. Kurum ilk üç ay iade hakkını saklı tutmaktadır.
21. En az iki yıl garanti süresi olmalıdır .
22. Hasarlı cihazın tamir süresinde kuruma aynı özelliklere sahip cihaz geçici süreliğine temin edilmelidir.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Dr. Adem DURSUN
Dış Hekim
Dip. No: 83134
Dip. Tes. No: 48305

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Dt. Candide ATILLA
Dış Hekim
Dip. No: 78755
Dip. Tes. No: 51494