



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 8 üzerinden 01.04.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	EKG KAĞIDI RULO 48 MM X 20 MT	50	Adet		
2	EKG KAĞIDI RULO 50 MM X 20 MT	50	Adet		
3	EKG KAĞIDI RULO 80 MM X 20 MT	50	Adet		
<b><u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u></b> <b><u>eleskirtdhsatinalma@gmail.com</u></b>				Teklif Eden ...../...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## **DEFİBRİLATÖR KAĐIDI ŐARTNAMESİ**

1. Kađıt COMEN marka S5 model defibrilatöre uyumlu olmalıdır.
2. Kađıt 48 mm rulo Őeklinde olmalıdır.
3. Kađıt uzunluđu en fazla 20 metre olmalıdır.
4. Teklifler yetkili satıcı belgesi ile sunulmalıdır.



## LİFE POINT DEFİBRİLATÖR EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
- 50 mm eninde 20 metre uzunluğunda olmalıdır.
- Rulo olmalıdır ve kareli olmalıdır
- Rulolar belirli sayılarda kutulanmalıdır.
- Kutunun üzerinde Kağıdın Marka Model ve Ebatlarını tamamlayıcı bilgileri bulunmalıdır.
- Üts kaydı yapılmış; onaylanmış olmalıdır.
- Mevcut cihazda Kağıdın numunesi denenip uygunluk alınmalıdır.

## **EKG KAĞIDI OKUMAN DFM 600 TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Termal kağıttan üretilmiş olmalıdır.
- 80 mm eninde 20 metre uzunluğunda olmalıdır.
- Rulo olmalıdır ve kareli olmalıdır
- Rulolar belirli sayılarda kutulanmalıdır.
- Kutunun üzerinde Kağıdın Marka Model ve Ebatlarını tamamlayıcı bilgileri bulunmalıdır.
- Üts kaydı yapılmış; onaylanmış olmalıdır.
- Mevcut cihazda Kağıdın numunesi denenip uygunluk alınmalıdır.