

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.04.2024

Sayı: 255
Konu: KBB BİRİMİ ÇİN NAZOFARİNGOSKOP ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.04.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, FLEKSİBLE NAZOFARİNGOSKOPİ TELESKOBU YETİŞKİN			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal / Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Flexibl Endoskop Gerekçe Raporu

Endoskopların kulak burun boğaz hastalıkları pratiğine girmesiyle birlikte rutin uygulamalarda köklü değişiklikler olmuştur. Üst hava yollarında nazofarenks (yenidoğanda koanal atrezi, çocukta adenoid hipertrofi erişkinde nazofarenks kanseri), orofarenks (çocukta ve erişkinde yabancı cisimler erişkinde tümörler), hipofarenks (çocukta ve erişkinde üst aerodigestif sistem yabancı cisimleri erişkinde tümörler ve enfeksiyonlar) ve endolarenks (çocukta ve erişkinde yabancı cisimler alerjik ödemler, erişkinde ses teli ve larenks kanserleri nodül polip gibi benign hastalıkları) ancak endoskoplarla günlük pratikte muayene edilebilmekte, patolojileri tanınabilmekte, tedavi endikasyonları konulabilmekte ve hatta birçok cerrahi uygulama da endoskop eşliğinde yapılmaktadır. Söz konusu anatomik alanların endoskop olmaksızın değerlendirilebilmesi günümüz şartlarında mümkün değildir. Flexibl endoskoplar ise rijid endoskoplardan farklı olarak özellikle çocuk hasta grubunda muayene / müdahale uyumunu daha uygun hâle getirmekte ve esnek / kıvrılabilir yapısı sayesinde burundan girilerek tüm üst aerodigestif sistemin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Kulak burun boğaz hastalıkları günlük pratiğine bu denli yerleşmiş, ilçe devlet hastanelerinde dahi bulunan hatta ilimiz ilçe devlet hastanelerinde dahi varlığını bildiğimiz flexibl endoskop ilimiz merkezinde 3. Basamak statüsündeki hastanemizde bulunmamaktadır. Hali hazırda 4 kulak burun boğaz hastalıkları doktoru ile çalışmakta olduğumuz ve hem ayaktan polikliniğimizde hem de ameliyathanemizde kullanım alanı olan flexibl endoskop cihazının temini konusunda yardımlarınızı saygılarımızla arz ederiz.

Op. Dr. Seyfettin ASLAN
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KBB ve Baş-Böyün Cerrahisi
Dip. Tes. No: 185261
Uzm. Tes. No: 157411

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. A. Turgay SÜZEL
KBB Uzmanı
Dip. Tes. No: 37222-31513

AGRI DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Op. Dr. Aydin SEVİNÖGLÜ
Uzm. Tes. No: 144148

AGRI DEVLET HASTANESİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzm. Dr. N. Esra KARAIMAN
Uzm. Tes. No: 163490
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

FIBER Nazofaringolarinoskop (NPL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilen Fiber NPL 300 mm çalışma uzunluđuna sahip olmalıdır.
- 2) Teklif edilen Fiber NPL 525 mm toplam uzunluđuna sahip olmalıdır.
- 3) Teklif edilen Fiber NPL'nin görüř yönü 0°, görüř açısı 80° olmalıdır.
- 4) Teklif edilen Fiber NPL'nin çapı 3.5 mm olmalıdır.
- 5) Teklif edilen Fiber NPL'nin çalışma kanalı 1.2 mm çapında olmalıdır.
- 6) 82,000 piksel çözünürlüđe sahip olmalıdır.
- 7) NPL'nin uç kısmı yukarı yönde en az 130°, ařađı yönde en az 130° dönebilmelidir.
- 8) Mercek kısmı ISO standartlarına göre üretilmiř olmalıdır.
- 9) Teklif edilen Fiber NPL'nin operasyon kořulları +10 °C ve +30 °C arasında, nem oranı %20 ile %75 arasında, atmosfer basıncı 700 hPa ile 1060 hPa arasında olmalıdır.
- 10) Teklif edilen Fiber NPL'nin saklama ve tařıma kořulları -20 °C ve +60 °C arasında, nem oranı %10 ile %90 arasında, atmosfer basıncı 700 hPa ile 1060 hPa arasında olmalıdır.
- 11) Teklif edilen NPL ařađıdaki enstrümanlar ile birlikte verilmelidir.

-Adaptör	1 Adet
-Biyopsi Valfi	1 Adet
-Sızdırmazlık Contası	1 Adet
-Sulama ve Sonda Eklentisi	1 Adet

AĐRI EĐTİM VE ARAřTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri

Evrim VURAL
Ađrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri