

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.04.2024

Sayı: 268

Konu: MR CİHAZI İÇİN TIBBİ GAZ HELYUM (HE) LİKİT %99.99 SAFLIK ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.04.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ HELYUM (HE) %99.99 SAFLIK			500	Litre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

# HELYUM GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilen ürünün dolumu hastanemizdeki PHILIPS marka İNTERA model 1.5 TESLA MR cihazına yapılacaktır.
- 2) Helyum gazının transferi için gerekli her türlü ekipman yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3) Teslim edilen ürün sıvı helyum olmalıdır.
- 4) Helyum gazının taşınacağı tüpte, içindeki gazı belirten etiket ve dolum tarihi olmalıdır.
- 5) Helyum gazının taşınacağı tüpler, yüklenici firma tarafından taşınacak ve tüm sorumluluk yüklenici firmada olacaktır.nakliye sırasında dik taşınmalı ve kapalı olmalıdır.
- 6) 500 Litre Helyum gazı Hastanemize tek seferde teslim edilecektir.
- 7) Dolum esnasında meydana gelebilecek her türlü olumsuzluktan (helyum kaçağı, helyum uçması vb.) durumlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

  
FERİ DURAN  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu

  
Eyüp KARTAL  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri