



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 218  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 656

02.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.07.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	İŞİTME TARAMA ELEKTRODU		4.000	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## İŞİTME TARAMA ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. Kliniğimizde kullanılan Medsen accu-screen marka işitme cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Bir pakette 3 snap elektrot olmalıdır.
3. Elektrotlar kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
4. Elektrotlar hasta cildine yapışan yüzü hidrojel yapıda olmalıdır.
5. Elektrotlar disposable olmalıdır.
6. Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.
7. Elektrotlar köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
8. Boyutları 34\*23+-1mm ebatta olmalıdır.

Zelina Ademi  
Odyometrist

Merve Başer  
Odyometrist  
M. Başer

Mehmet Kurtulus  
Odyometrist