



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 237
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 708

10.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.07.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AMPÜLÜ XENON 350 WATT	XENON LAMBA	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

300 WATT XENON SOĞUK IŞIK KAYNAGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Işık kaynağı XENON ışık üretmelidir.
2. Cihaz, 220 V ve 50/60 Hz'de çalışabilmeli ve şehir cereyanında oluşabilecek % 10'luk voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir.
3. Işık kaynağının gücü 300 Watt Xenon olmalıdır ve yedek 250 W Halojen olarak iki çıkışlı olmalıdır. Xenon lamba arızalandığında halojen lamba otomatik olarak devreye girmelidir.
4. Işık şiddeti dokunmatik tuşlarla ayarlanmalı ve ayarlanan ışık şiddet seviyesi LED bar displayden izlenmelidir.
5. Cihazda xenon lamba ömrünü gösteren zaman saati olmalıdır ve 5 seviyede lamba ömrünü göstermelidir.
6. Renk ısısı en az 6000 Kelvin olmalıdır.
7. Işık kaynağında fan soğutma ve termik koruma sistemi olmalıdır.
8. Cihazın xenon lamba ömrü 500 saat ve halojen lamba ömrü 50 saat olmalıdır.
9. Cihaz orjinal kutusu ile birlikte set halinde, tüm bağlantı elemanları ile birlikte verilmelidir. (1 adet yedek elektrik kablosu dahil)
10. Cihazın açma kapamasından ayrı olarak dokunmatik butonla stanby konumu olmalıdır.
11. Lamba değişimi basit olup ve herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmamalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu