



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 255
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 802

30.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.08.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | KDV Hariç Teklif | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------|------------------|-------|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU | | 10 | Adet | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | |

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

ELEKTRİKLİ YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları, hastanemiz demirbaşında kayıtlı bulunan Elektrikli Yüksek Devirli Midas Rex Legend motor ve ataçmanları ile tam uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş ve kalite kontrolünden geçmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçların üzerinde kod numarası yazılı olmalıdır.
3. Yüksek devirli kraniotom ucu ve driller steril ambalajında, ayrıca plastik bir tüp içerisinde korumalı olmalıdır. Sterilizasyonun sona erdiği tarih ambalaj üzerinde yer almalıdır.
4. Teklif veren firmalar aynı zamanda kliniğimizde bulunan Midas Rex Legend yüksek devirli elektrikli drill motor sistemine teknik servis desteği sağlayabilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek olan yüksek devirli drill uçları carbide'den imal edilmiş olmalıdır.
6. Firmalar ihale komisyonunun gerekli görmesi halinde teklif ettikleri ürünlerin birer adet numunesini sunmalıdır. Uygun olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Teklif edilecek yüksek devirli drill uçları; metel kesici uç, delici uç, kesici uç, kibrit başlı elmas ve kibrit başlı uç, burr curved, flexible telescoping uç, transnazal uç çeşitlerini de içermelidir.

Dr. Dr. Seyhan ORAK
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 134905
Eskişehir Devlet Hastanesi