



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 262
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 815

01.08.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.08.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN	TRAKEOSTOMİ FİLTRESİ	10	Adet		
2	TRAKEAL ASPİRASYON KÜLTÜR SETİ	TRAKEAL ASPİRASYON SETİ	100	Adet		
3	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ DİLATASYON YÖNTEMLİ NO:8	7,5-8.0 NUMARALAR	5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

TRAKEOSTOMİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre ölü boşluğu 10cc den büyük olmalıdır.
2. Filtre küçük ve hafif olmalı ağırlığı 6,5 gr geçmemelidir.
3. Nemlendirme kapasitesi $tv=0,5$ ile $27 \text{ mgh}_2\text{o/et}$ den az olmamalıdır.
4. Higroskopik ve microwell kağıt yapıda olmalıdır.

~~Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mürşide YILDIZ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 133827~~

TRAKEAL ASPIRASYON SETİ 20ML

1. Trakea aspirasyon seti sekresyon örnekleri almak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün CH 04- CH 20 arası bütün aspirasyon sondalarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Şeffaf bir malzemedен yapılmış olmalıdır.
4. Trakea aspirasyon seti vakum konnektörlü aspirasyon kataterleri ile kullanılacak konnektöre sahip olmalıdır. Aspiratör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
5. Konik konnektörlü bağlantı hortumuna sahip olmalıdır.
6. Setin içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir.
7. Set içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır.
8. Set tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
9. Numune getirilmelidir. Getirilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir.
10. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15.04.2008/12963 Sayılı yazılıma istinaden; "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıt bildirim işlemi yapılmalı, tıbbi cihazlar / ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır" ibaresi yer almalıdır."

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mürşide YILDIZ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 133 827

PERKUTAN TRAKEOSTOMİ İNTRUDUCER SETİ- DİLATASYON YÖNTEMİ - TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set trakeostomi kanülünün perkütan şekilde subkrikoid yerleştirilişi için uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır.
2. Set içinde aşağıdaki malzemeler bulunmalıdır. Teflon kateter introducer iğnesi 0-052 inch(1.32mm)çapında bir adet tel guide İntroducer dilatatör Rehber kateter İstenen kalınlıkta trakeostomi kanülü takmak için değişik kalınlıklarda radyo opak dilatör veya 1 adet özel yapıda delici özelliğe uçtan dibe doğru kalınlaşan dilatatör Uygun amaçlı bir adet enjektör 1adet bisturi, 1 paket tel, kağıt örtü ve kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
3. Guiding kateter üzerinde dilatörleri uygun noktaya kadar sokabilmek amacıyla işaretlemeler bulunmalıdır.
4. Dilatörlerin yapısı trakea duvarına hasar vermeyecek tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Setler istenilen no'larda getirilebilmelidir. 7,5 ve 8.0 mm ID .
6. Set steril paketlenmiş üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mürşide YILDIZ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 133 827