



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 268
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 879

16.08.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.08.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BALON TROKAR	LAPAROSKOPIK KÜNT BALON KANÜLLÜ KÜRE DİSTASYON KİTİ	3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

LAPAROSKOPİK KÜNT BALON KANÜLLÜ KÜRE DİSTANSİYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik uygulamalara uygun olmalıdır.
3. Balon distansiyon kiti ; balonlu obtüratör ,balon fiksasyonlu kanül , bir adet çift yönlü pompadan oluşmalı ve aynı steril paket içinde bulunmalıdır.
4. Disektör kanülünün küre şeklindeki balon ile beraber olan uzunluğu 279 ± 1 mm olmalıdır.
5. Uygun çalışma alanı yaratmak için , küre şeklinde şişecek balon en fazla 30 kez pompalanarak gerekli diseksiyon sağlanabilmelidir.
6. Balon elastik silikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
7. Kanül gövdesinde gaz sızıntısını önlemek amacıyla 10/12 mm'lik bir iç valf bulunmalı, 5mm çap düşürücüsü de kanül üzerinde olmalıdır.
8. Pompanın şişirme yapan ucu saydam, indirme yapan ucu koyu renk olmalıdır.
9. 10 mm çapındaki teleskop kanüle yerleştirilip balonun şişirilmesine olanak tanımalıdır.
10. Kanülün karın duvarına fiksasyonu (+/-5cc) 20cc hava kapasiteli simit şekilli balonun şişirilerek yapılmasıyla olmalıdır.
11. Kanüle CO2 insüflasyon hortumu takılabilmesi tercih nedenidir.
12. Kit içerisinde yerleşimi kolaylaştıran kaydırıcı solüsyon olmalıdır.
13. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miyadı olmalıdır.

Dr. Cevat Çeltik
Kurucu